



FICHA TÉCNICA

CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL

Versão: 001
Emissão: FEV/2023
Atualização: FEV/2024

❖ Caracterização e Apresentação do Produto:

Compressa Campo Cirúrgico Estéril com fio radiopaco Ultra têxtil, 25 cm X 28 cm, pré lavado com 4 camadas em tecido 100% algodão, envelopes com 2 e ou 5 unidades cada, insípido, inodoro, de cor branca, esterilizado a óxido de etileno – ETO com peso mínimo de 13 gramas, comercializados com informações de validade, lote, data de fabricação, responsável técnico e dados da empresa fabricante, em caixas de 3,9kg e ou 5,85kg nas dimensões de 40cm x 35cm x 50cm.

❖ Registro e Regulamentação:

Registro de Notificação de Materiais para uso em saúde / ANVISA nº: 82373639005. Classificação Nível II (Médio Risco).

❖ Classificação Fiscal:

Pastas (ouates), gazes, ataduras e artigos análogos (por exemplo, curativos (pensos), esparadrapos, sinapismos), impregnados ou recobertos de substâncias farmacêuticas ou acondicionados para venda a retalho para usos medicinais, cirúrgicos, dentários ou veterinários, PIS/CONFIS: Simples Nacional.

❖ Instruções de Uso:

Vide em Embalagem e disponível diretamente no site da AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA:

<https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351049883202211/?cnpj=40357820000150>

❖ Precauções e Advertências:

Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada, aberta ou úmida. O produto é de uso único, a sua reutilização é proibida. Após o uso deve ser descartado em local apropriado.

❖ Armazenamento e Transporte:

O produto deve ser armazenado e transportado em local limpo, seco e fresco protegido de poeira e umidade



FICHA TÉCNICA
CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL

Versão: 001
Emissão: FEV/2023
Atualização: FEV/2024

❖ **Código NCM:**

3005.9090

❖ **Código de Barras:**

Envelopes com 2 unidades: 7898969753289

Envelopes com 5 unidades: 7898969753074

Visando sempre atender aos padrões de qualidade preconizados pela ANVISA bem como as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, estamos dispostos a fazer quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários dos nossos produtos. A Ultra Têxtil é certificada com selo ISO 9001 / 2015 – SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE.

Igor Alves da Silva

Responsável Técnico da empresa Ultra Têxtil Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares LTDA

COREN-PB: 649.284-ENF