

Dados da Licitação

ID Effecti:	Pregão SRP:	Pregão:	Uasg:	UF:
6750474	NÃO	502/2025/2025	6765467894367624277	BAHIA
Modalidade:	Data de Publicação:	Data Inicial:	Data Final:	Link:
PREGÃO ELETRÔNICO	28/08/2025 18:30:48	05/09/2025 09:00:00	09/09/2025 10:00:00	ACESSAR
Portal:	PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - PNCP			
Órgão:	ESTADO DA BAHIA			
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (AVENTAL, CANULA, FIO ETC), PARA COMPOR O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO.			

Itens da Licitação

		Grupo: Código: Tipo: Objeto:	Qtde:	Unid:
1	Material	CANULA, ENDO-TRAQUEAL, COM CUFF N. 7,0, DESCARTAVEL, ESTERIL, EM PVC, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, ATOXICA, COM BALAO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO, CONECTOR SEMI-MONTADO, CUFF OPACO, PONTA ATRAUMATICA RETRAIDA, LINHA RADIOPACA CONTINUA, CURVA DE MAGLLI, COM BALAO PILOTO E VALVULA, MARCAS GRADUADAS INDICATIVAS DE PROFUNDIDADE PELO CORPO DA CANULA E CALIBRE MARCADO EM UM SO LOCAL DA CANULA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	13010	UNIDADE
2	Material	CANULA, ENDO-TRAQUEAL, COM CUFF N. 8,0, DESCARTAVEL, ESTERIL, EM PVC, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, ATOXICA, COM BALAO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO, CONECTOR SEMI-MONTADO, CUFF OPACO, PONTA ATRAUMATICA RETRAIDA, LINHA RADIOPACA CONTINUA, CURVA DE MAGLLI, COM BALAO PILOTO E VALVULA, MARCAS GRADUADAS INDICATIVAS DE PROFUNDIDADE PELO CORPO DA CANULA E CALIBRE MARCADO EM UM SO LOCAL DA CANULA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	3210	UNIDADE

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
			CANULA, ENDO-TRAQUEAL, COM CUFF N. 8,5, DESCARTAVEL, ESTERIL, EM PVC, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, ATOXICA, COM BALAO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO, CONECTOR SEMI-MONTADO, CUFF OPACO, PONTA ATRAUMATICA RETRAIDA, LINHA RADIOPACA CONTINUA, CURVA DE MAGLI, COM BALAO PILOTO E VALVULA, MARCAS GRADUADAS INDICATIVAS DE PROFUNDIDADE PELO CORPO DA CANULA E CALIBRE MARCADO EM UM SO LOCAL DA CANULA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	3440	UNIDADE
3	Material		FIO, PARA SUTURA, ESTERIL, DE USO UNICO, EM LINHO, Nº 2-0, COM 70 CM DE COMPRIMENTO (PODENDO VARIAR EM + OU - 5 CM), ENCASTOADO COM 01 AGULHA DE PONTA CONICA, CORPO CILINDRICO, 3/8 CIRCULO E 3 CM DE COMPRIMENTO, PARA FECHAMENTO E CIRURGIAS DO APARELHO DIGESTIVO. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS DE EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO, PERMITINDO ABERTURA E TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA, ESTERIL E APIROGENICA; A EMBALAGEM PRIMARIA DEVE CONTER INFORMACOES DE IDENTIFICACAO E CARACTERISTICAS DO PRODUTO, TAIS COMO: NOME DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO, METODO DE ESTERILIZACAO, VALIDADE DA ESTERILIZACAO; A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVE SER CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATÉ O MOMENTO DO USO; O PRODUTO DEVE OBEDECER A QUALQUER LEGISLACAO QUE SEJA INERENTE AO MESMO. ROTULAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA	15280	UNIDADE
4	Material		SONDA, DE ASPIRACAO TRAQUEAL, N. 16, DESCARTAVEL, DE USO UNICO, ESTERIL, ATOXICA, MALEAVEL, EM PVC, TRANSPARENTE, ATRAUMATICA, COM 01 ORIFICIO DISTAL, 02 NAS LATERAIS E CONECTOR UNIVERSAL. EMBALAGEM PRIMARIA ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS DE EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO, PERMITINDO ABERTURA E TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA; O ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E/OU O PRÓPRIO PRODUTO DEVE CONTER INFORMACOES, ESCRITAS NO IDIOMA EM PORTUGUES: NOME DO FABRICANTE, NOME E MARCA DO PRODUTO, CODIGO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, COMPOSICAO, METODO DE ESTERILIZACAO, VALIDADE DA ESTERILIZACAO, Nº DO REGISTRO NA ANVISA /MS, NOME DO RESPONSAVEL TECNICO; A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVE SER CONFORME PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATÉ O MOMENTO DO USO. EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA ROTULADAS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE DA ANVISA. O PRODUTO DEVE OBEDECER A Q	10520	UNIDADE
5	Material		AVENTAL, (CAPA), NAO ESTERIL, DESCARTAVEL, CONFECIONADO EM SMS TRILAMINADO, PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR, IMPERMEAVEL A FLUIDOS CORPOREOS E LIQUIDOS, ATOXICO, HIPOALERGENICO, ERGONOMICO, FRENTA FECHADA COM A ABERTURA PARA AS COSTAS, FAIXA FRONTAL PRESA NA CINTURA, PARA FECHAMENTO NAS COSTAS, MANGAS LONGAS, PUNHO EM MALHA OU ELASTICO, GRAMATURA MINIMA DE 50 GR/M ² , LARGURA MINIMA TOTAL 1,50 CM E COMPRIMENTO MINIMO DE 1,25 CM. DEVERA APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA/MS. EMBALAGEM INDIVIDUAL, PRIMARIA E SECUNDARIA ROTULADAS CONFORME RDC 185/01 ANVISA, O PRODUTO DEVE OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE.	34696	UNIDADE
6	Material				

Itens da Licitação

Grupo: Código: Tipo: Objeto:

Qtde: Unid:

AVENTAL, (CAPA), NAO ESTERIL, DESCARTAVEL, CONFECCIONADO EM SMS TRILAMINADO, PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR, IMPERMEAVEL A FLUIDOS CORPOREOS E LIQUIDOS, ATOXICO, HIPOALERGENICO, ERGONOMICO, FREnte FECHADA COM A ABERTURA PARA AS COSTAS, FAIXA FRONTAL PRESA NA CINTURA,
7 Material PARA FECHAMENTO NAS COSTAS, MANGAS LONGAS, PUNHO EM MALHA OU ELASTICO, GRAMATURA MINIMA DE 50 GR/M², LARGURA MINIMA TOTAL 1,50 CM E COMPRIMENTO MINIMO DE 1,25 CM. DEVERA APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA/MS. EMBALAGEM INDIVIDUAL, PRIMARIA E SECUNDARIA ROTULADAS CONFORME RDC 185/01 ANVISA, O PRODUTO DEVE OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE. 8674 UNIDADE

Anexos da Licitação

Link: Nome: