

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR N° 006/2025

Lei Federal nº 14.133/2021
Decreto Municipal nº 7.659/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES

Secretaria Municipal de Saúde

sauda@campanha.mg.gov.br | 0800 326 1648
Rua Doutor Cesarino, 261 - Centro - Campanha MG
CNPJ: 18.712.174/0001-42

1. IDENTIFICAÇÕES

Equipe de planejamento – Equipe de planejamento – Nomeada pela Portaria nº 5008/2025 e alterada pela Portaria 5076/2025 da Secretaria Municipal de Saúde		
Papel/função na elaboração do ETP	Nome da servidor	E-mail
Responsável pela integralidade do documento	Elaine Manes Lopes Oliveira	estoquesaudecpa@gmail.com
Responsável pela integralidade do documento	Francis de Paula	estoquesaudecpa@gmail.com
Responsável pela integralidade do documento	Liliane Bianchi Rodrigues de Vilhena	estoquesaudecpa@gmail.com

2. INTRODUÇÃO

- Fundamento legal:**

- **Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.**
- **Decreto Municipal nº 7.659, de 1º de novembro de 2023.**

- Conceito legal:** de acordo com o art. 6º, inciso XX da Lei Federal nº 14.133/2021, o estudo técnico preliminar é o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação.

- Objetivos do Estudo técnico preliminar:** tem por objetivo analisar a necessidade ou o problema apresentado, e a partir daí identificar e demonstrar a viabilidade técnica e econômica das possíveis soluções, fornecendo as informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de contratação, diretamente por dispensa ou inexigibilidade, ou mediante as modalidades de licitação.

3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE OU DO PROBLEMA A SER RESOLVIDO COM INDICAÇÃO DOS QUANTITATIVOS (ART. 18, §1º, I e IV) – REQUISITO OBRIGATÓRIO.

Secretaria Municipal de Saúde

saudemunicipal@campanha.mg.gov.br | 0800 326 1648

Rua Doutor Cesarino, 261 - Centro - Campanha MG

CNPJ: 18.712.174/0001-42

A aquisição de materiais de consumo hospitalar é crucial para suprir as necessidades das unidades de saúde, bem como o Pronto Atendimento desta municipalidade.

O uso regular e adequado desses materiais contribui diretamente para a prevenção de infecções hospitalares, melhora na qualidade dos cuidados prestados e maior tranquilidade e segurança tanto para os pacientes quanto para os profissionais de saúde, bem como a eficiência dos procedimentos médicos e de enfermagem realizados em nossa rede municipal de saúde.

Destarte, a aquisição desses materiais para uso das unidades de saúde, visa melhorar a eficiência operacional e, consequentemente, elevar a tranquilidade e satisfação dos pacientes e familiares com os serviços prestados.

Vale ressaltar, que os materiais médico-hospitalares como soros fisiológicos além de serem usados como limpeza de curativos são também usados como soluções para hidratação e medicamentos dos usuários das unidades de saúde, bem como Pronto Atendimento desta municipalidade.

São realizados diariamente curativos aos pacientes nas unidades de saúde, tanto nas Unidades Básicas de Saúde - UBS quanto pelo Pronto Atendimento Municipal. De acordo com informações angariadas na Secretaria Municipal de Saúde, há pacientes que realizam curativos diariamente nas unidades, bem como acamados, e pacientes que chegam ao Pronto Atendimento por situações diversas, quedas, acidentes.

A aquisição de aparelhos medidores de pressão arterial para as unidades de saúde são imprescindíveis para aferição da pressão arterial permitindo direcionar condutas terapêuticas individuais, monitorar prevalências populacionais e identificar fatores de risco associados, tem relação direta com o risco de morte, lesões de órgãos-alvo, doenças e eventos mórbidos, bem como para triagens realizadas nas consultas no Pronto Atendimento.

Há aquisição de materiais médico-hospitalares considerados críticos que são usados no Pronto Atendimento Municipal, cuja ausência pode comprometer o atendimento imediato como por exemplo: luvas de procedimento estéril e não estéril; máscaras cirúrgicas e N/95; seringas e agulhas; sondas nasogástricas, cateteres e equipos; fitas e tiras reagentes para glicemias, soluções parentais, soro fisiológico, glicosado, ringer lactado; aventais, entre outros abaixo descritos.

Secretaria Municipal de Saúde

sauda@campanha.mg.gov.br | 0800 326 1648

Rua Doutor Cesarino, 261 - Centro - Campanha MG

CNPJ: 18.712.174/0001-42

Ao final, percebe-se assim no caso em comento, que é primordial que exista um controle de estoques dispondo de um acervo de produtos médico-hospitalares atualizados, no entanto, sem que haja falta destes materiais para atender as necessidades da população, visando resultados econômicos, mas notadamente a não interrupção dos serviços de saúde prestados nas unidades públicas do município da Campanha/MG, a fim de que não falte aos funcionários e pacientes os materiais necessários, garantido a assistência contínua e assegurando a qualidade e quantidade para suprir as demandas evitando ainda, desperdícios.

Diante de todo exposto, a disponibilidade de materiais médico-hospitalares nas unidades de saúde é fundamental para garantir uma resposta eficaz e proteger a saúde pública, pois a ausência de um destes materiais nas unidades de saúde do município pode ocasionar falha na execução do serviço, portanto não pode haver desabastecimento, devendo ser seu fornecimento de forma contínua e ininterrupta.

A indicação dos quantitativos estimados foi definida com base:

- no histórico de consumo dos últimos 12 meses;
- na projeção de aumento de demanda, inclusive podendo ser ocasionado pela dengue e outras arboviroses que possuem padrão sazonal, notadamente entre os meses de outubro a maio do ano seguinte, os cuidados para combater essa doença devem ser efetuados ao longo de todo o ano e não apenas no verão, com ênfase nos meses que antecedem o período das chuvas.
- nas necessidades específicas das unidades de saúde como Pronto Atendimento, enfermarias, sala de procedimento, consultórios, e equipes de atenção básica.

4. ESTIMATIVA DO VALOR DA POTENCIAL CONTRATAÇÃO (ART. 18, §1º, VI) – REQUISITO OBRIGATÓRIO

4.1. Estimativa do valor da contratação (art. 18, §1º, VI)

Os valores para aquisição dos itens solicitados foram apurados conforme a cesta de preços realizada mediante os itens descritos, quantitativos e preços apurados unitário e total em anexo, que pretendem adquirir a Secretaria Municipal de Saúde.

4.1.1. Descrições e quantidades:

Item	Código	Descrição/Especificação	UN	Quant.
1		Abaixador de língua - abaixador de lingua madeira (14cmx1,4cm larg x1,5mm espessura), individual com extremidades arredondadas medindo 14cm x 1,4cm de	PCT	150

Secretaria Municipal de Saúde

sauda@campanha.mg.gov.br | 0800 326 1648

Rua Doutor Cesarino, 261 - Centro - Campanha MG

CNPJ: 18.712.174/0001-42

		largura x 1,5mm de espessura embalado em material que garanta a integridade do produto rotulagem respeitando a legislação vigente de madeira de uso único produzido de madeira descartável. Pacote com 100 unidades.		
2		Ácido acético 2%. Composição ácido acético glacial em veículo aquoso. Frasco com 1 litro	FR	2
3		Água oxigenada - frasco de 3g/100ml - antisséptico – 10 volumes - solução deperóxido de hidrogênio 3% em água purificada qsp 100ml - tampa bico aplicador uso adulto e pediátrico.frascos 100ml	FR	350
4		Agulha descartável 0,55x20mm – cânula em aço inox, siliconizada; bisel trifacetado, com protetor,canhão de plástico resistente. Embalagem individual, estéril, em blister de celulose e papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, com dados de identificação tipo de esterilização, validade, número do lote. Caixa com 100 unidades. MARCA DE REFERÊNCIA: SR, BD	CX	90
5		Agulha descartável 13x4,5mm – cânula em aço inox, siliconizada; bisel trifacetado, com protetor, canhão de plástico resistente, embalagem individual, estéril, em blister de celulose e papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, com dados de identificação tipo de esterilização, validade, número do lote. Caixa com 100 unidades. MARCA DE REFERÊNCIA: SR, BD	CX	100
6		Agulha descartável 25x7mm – cânula em aço inox, siliconizada; bisel trifacetado, com protetor, canhão de plástico resistente, embalagem individual, estéril, em blister de celulose e papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, com dados de identificação tipo de esterilização, validade, número do lote. Caixa com 100 unidades. MARCA DE REFERÊNCIA: SR, BD	CX	200
7		Agulha descartável 25x8mm – cânula em aço inox, siliconizada; bisel trifacetado, com protetor, canhão de plástico resistente,	CX	160

Secretaria Municipal de Saúde

sauda@campanha.mg.gov.br | 0800 326 1648

Rua Doutor Cesarino, 261 - Centro - Campanha MG

CNPJ: 18.712.174/0001-42

		embalagem individual, estéril, em blister de celulose e papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, com dados de identificação tipo de esterilização, validade, número do lote. Caixa com 100 unidades. MARCA DE REFERÊNCIA: SR, BD		
8		Agulha descartável 40x12mm – cânula em aço inox, siliconizada; bisel trifacetado, com protetor, canhão de plástico resistente, embalagem individual, estéril, em blister de celulose e papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, com dados de identificação tipo de esterilização, validade, número do lote. Caixa com 100 unidades. marca de referência: SR, BD	CX	380
9		Algodão hidrófilo – Não estéril; 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; cor: Branco; peso: 500g; Dermatologicamente testado. Marca Referência: Cremer, Polarfix, Neve.	ROLO	200
10		Alicate para cortar anel no dedo: Alicate Para Cortar Anel. Características: - cabo em metal - apoio para os dedos - alavancas deslizante e proteção entre dedo e anel - serrilha afiada substituível - Utilizado para cortar anéis e alianças de prata ou ouro no dedo. - Disco de corte 21 milímetros de diâmetro, acionamento do disco de modo manual Altura: 4 Cm Largura: 6,00 Cm Comprimento: 12 Cm	UN	3
11		Almotolias – plástico 120 ml, cor transparente, material resistente que não quebre a tampa facilmente. Frasco plástico, virgem, em PEBD, tampa de rosca na cor branca, com bico aplicador com tampinha.	UN	20
12		Almotolias – plástico 300 ml, cor transparente, material resistente que não quebre a tampa facilmente. Frasco plástico, virgem, em PEBD, tampa de rosca na cor branca, com bico aplicador com tampinha.	UN	40
13		Almotolias – plástico 500 ml, cor transparente, material resistente que não quebre a tampa facilmente. Frasco plástico, virgem, em PEBD, tampa de rosca nacor	UN	45

Secretaria Municipal de Saúde

sauda@campanha.mg.gov.br | 0800 326 1648

Rua Doutor Cesarino, 261 - Centro - Campanha MG

CNPJ: 18.712.174/0001-42

		branca, com bico aplicador com tampinha.		
14		Aparelho De Barbear Descartável: Presto barba com duas lâminas paralelas, cabeça fixa, descartável. Marca de Referência: Maxicor, Bic, Gillette	UN	100
15		Aparelho De Pressão Arterial Digital adulto - aparelho medidor de pressão digital – braço adulto (esfigmomanômetro). - tamanho: adulto. - tipo: braço. - característica adicional: c/ frequencímetro; - cor branco. - material nylon. - armazena até 60 medições. - faixa de medição: 30 até 300 mmhg. - possui função de média de leituras: sim. - possui precisão de calibração: sim. - pulsação 40 a 199 batidas/min. - variação da pressão +-3 mmhg. - variação da pulsação +-4%. - dimensões aproximadas do produto 10,8 x 12 x 6,8cm (a x l x p). - peso aproximado do produto: 0,225 kg. - garantia do fornecedor: 60 meses. - certificado no inmetro. - registro na anvisa. - 1 medidor de pressão arterial de braço; 1 manual de pressão; 1 braçadeira padrão 22 - 43cm cm de circunferência; estojo para armazenamento.	UN	20
16		Aparelho De Pressão Arterial Manual adulto - Aparelho de pressão arterial adulto. Braçadeira confeccionada em tecido nylon, flexível e antialérgico, fecho em velcro. Manguito em PVC com duas saídas, de alta durabilidade, com tubos preto, manômetro do tipo aneróide, com 02 anos de garantia. Escala de 0 a 300mm/hg divisão de escala 2mmhg, caixa de metal altamente resistente com presilha de metal, contendo o nº da portaria do INMETRO no visor e o respectivo selo de aferição inicial no produto em forma de lacre; pêra insufladora em PVC, com sistema de fluxo de ar em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade, válvula de metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível; o tamanho do manguito deve ser A14,0 x L52,0cm,	UN	100

Secretaria Municipal de Saúde

sauda@campanha.mg.gov.br | 0800 326 1648

Rua Doutor Cesarino, 261 - Centro - Campanha MG

CNPJ: 18.712.174/0001-42

		abrangendo as circunferências de braço de 18 a 36 cm. O produto deve ser embalado individualmente na bolsa, acondicionado em caixa de papelão.		
17		Aparelho glicosímetro - para medição de níveis de glicose sanguínea eletroquímico ou colorimétrico, com faixa de leitura 10 a 600 Mg/Dl, memória mínima para 100 resultados, tempo de leitura máximo 20 seg. Acompanhado de estojo. Marca de Referência: G-Tech, Accu-Chek Active, On Call Plus II. APRESENTAR AMOSTRA	UN	50
18		Atadura De Algodão 10 CM em fibras 100% algodão cru e hidrofóbico. Baixo teor de impurezas, rolo de manta uniforme, não estéril, hipoalergênica. 10 cm x 1m. Pacote com 12 unidades. Marca Referência: Polarfix, Cremer e Neve	PCT	50
19		Atadura De Algodão 15 CM em fibras 100% algodão cru e hidrofóbico. Baixo teor de impurezas, rolo de manta uniforme, não estéril, hipoalergênica. 15 cm x 1m. Pacote com 12 unidades. Marca Referência: Polarfix, Cremer e Neve	PCT	40
20		Atadura De Algodão 20 CM em fibras 100% Algodão cru e hidrofóbico. Baixo teor de impurezas, rolo de manta uniforme, não estéril, hipoalergênica. 10 cm x 1m. Pacote com 12 unidades. Marca Referência: Polarfix, Cremer e Neve	PCT	50
21		Atadura de crepom medindo 10 cm de largura x 1,80m Atadura de Crepom 10cm x 1,80m em repouso e alcance de mais de 4,00m esticada. Composição no mínimo 70% algodão, no máximo 22% poliéster e 8% elastano, com densidade de 13 fios cm ³ e fios alta torção Possui fio amarelo longitudinal. Não estéril, macia, pronta para uso em imobilização de membros, suave compressão. fixação de curativos e confecção de tipoia. Formato de rolo. Pacote com 12 unidades embaladas individualmente. Na embalagem individual deve conter medida, composição do produto em porcentagem, uso e registro na ANVISA. Marca Referência: Polarfix, Cremer e Neve APRESENTAR AMOSTRA	PCT	1.000

Secretaria Municipal de Saúde

sauda@campanha.mg.gov.br | 0800 326 1648

Rua Doutor Cesarino, 261 - Centro - Campanha MG

CNPJ: 18.712.174/0001-42

22		Atadura de crepom medindo 15cm de largura x 1,80m Atadura de Crepom 15cm x 1,80m em repouso e alcance de mais de 4,00m esticada. Composição no minimo 70% algodão, no máximo 22% poliéster e 8% elastano, com densidade de 13 fios cm ³ e fios alta torção Possui fio amarelo longitudinal. Não esteril, macia, pronta para uso em imobilização de membros, suave compressão. fixação de curativos e confecção de tipoia. Formato de rolo. Pacote com 12 unidades embaladas individualmente. Na embalagem individual deve conter medida, composição do produto em porcentagem, uso e registro na ANVISA. Marca Referência: Polarfix, Cremer e Neve APRESENTAR AMOSTRA	PCT	770
23		Atadura de crepom medindo 20cm de largura x 1,80m Atadura de Crepom 20cm x 1,80m em repouso e alcance de mais de 4,00m esticada. Composição no minimo 70% algodão, no máximo 22% poliéster e 8% elastano, com densidade de 13 fios cm ³ e fios alta torção Possui fio amarelo longitudinal. Não esteril, macia, pronta para uso em imobilização de membros, suave compressão. fixação de curativos e confecção de tipoia. Formato de rolo. Pacote com 12 unidades embaladas individualmente. Na embalagem individual deve conter medida, composição do produto em porcentagem, uso e registro na ANVISA. Marca Referência: Polarfix, Cremer e Neve APRESENTAR AMOSTRA	PCT	350
24		Atadura Gessada 10 cm em tecido tipo gaze, tempo de secagem 2 a 3 minutos, medindo 10cm x 4m , 100% algodão ,cor branca, isenta de amido e alvejante óptico. Marca Referência: Polarfix, Cremer e Neve	UN	48
25		Atadura Gessada 15cm em tecido tipo gaze, tempo de secagem 2 a 3 minutos, medindo 15 cm x 3m, 100% algodão, cor branca, isenta de amido e alvejante óptico. Marca Referência: Polarfix, Cremer e Neve	UN	36
26		Atadura Gessada 6 cm em tecido tipo gaze, tempo de secagem 2 a 3 minutos, medindo 6 cm x 4m , 100% algodão ,cor branca, isenta de amido e alvejante óptico.	UN	24

Secretaria Municipal de Saúde

sauda@campanha.mg.gov.br | 0800 326 1648

Rua Doutor Cesarino, 261 - Centro - Campanha MG

CNPJ: 18.712.174/0001-42

		Marca Referência: Polarfix, Cremer e Neve		
27		Atadura Gessada 8 CM em tecido tipo gaze, tempo de secagem 2 a 3 minutos, medindo 8cm x 2m, 100% algodão, cor branca, isenta de amido e alvejante óptico. Marca Referência: Polarfix, Cremer e Neve	UN	24
28		Avental de Procedimentos de Manga Longa - Material: Não tecido 100% Polipropileno produzido através do processo Spun , Gramatura: 40g/m ² Cor: Branca Manga longa Não Estéril Atóxico e Apirogênico. Marca Referência: Polarfix	UN	3.000
29		Bacia em aço inox de qualidade indicado para area médica 35cm de diâmetro. Altura 11,5cm, Largura 35 cm, profundidade 35cm.	UN	20
30		Bandagem Anti-séptica, cor BEGE , Bandagem anti-séptica, hipoalergênica para estancamento de sangue após a coleta.Composição de poliéster com algodão natural de 80 g e Papel siliconado de 60 g. Uso único. Cor bege. Comprimento: 9,9cm - Largura: 3,2cm - Altura: 10,3cm. Embalado em caixa com 500 unidades	CX	6
31		Bandagem Anti-séptica, DIVERTIDO - Bandagem anti-séptica, hipoalergênica para estancamento de sangue após a coleta. Composição de poliéster com algodão natural de 80g e Papel siliconado de 60g. Uso único. Cor diversa. Comprimento: 9,9cm - Largura:3,2cm - Altura: 10,3cm Embalado em caixa com 500 unidades	CX	5
32		Bandeja de pequenas cirurgias (retangular 22x12x1,5) Marca referência: Fami	UN	10
33		Bandeja Inox Retangular 30 X 20 X 4cm. Marca de referência: Fami	UN	10
34		Bolsa coletora de urina sistema fechado: Tampa Protetora do Conector: Polietileno; Conector Universal: PVC; Tubo Extensor: PVC; Clamp Corta Fluxo: Polietileno; Bolsa Coletora: PVC; Suporte de Fixação tipo cabide: Polietileno; Válvula antirrefluxo: PVC; Filtro Hidrófobo: Poliamida; Válvula de Drenagem: Polietileno; Tubo de Drenagem: PVC; Ponto de coleta de amostra: PVC com membrana de látex auto cicatrizante.	UN	300

Secretaria Municipal de Saúde

sauda@campanha.mg.gov.br | 0800 326 1648

Rua Doutor Cesarino, 261 - Centro - Campanha MG

CNPJ: 18.712.174/0001-42

		Capacidade: 2.000ml Marca de Referência: Labor Import, TKL		
35		Cabo de bisturi 20cm nº4 Marca de referência : EDLO (LAMINA 23)	UN	5
36		Caixa Térmica De 7 Litros Sistema prático de abertura Alça de mão articulável com trava retrátil para transportar; tampa com trava segura para transporte, Isolamento térmico em EPS; livre de bisfenol, demais peças em plástico. Boa eficiência térmica. Medida interna: 31,9x18,6x23,9cm Três meses de garantia contra defeito de fabricação. Cor Azul Marca referência: Mor, Coleman.	UN	5
37		Caixa Térmica De 7 Litros Sistema prático de abertura. Alça de mão articulável com trava retrátil para transportar; tampa com trava segura para transporte, Isolamento térmico em EPS; livre de bisfenol, demais peças em plástico. Boa eficiência térmica. Medida interna: 31,9x18,6x23,9cm Três meses de garantia contra defeito de fabricação. Cor vermelha Marca referência: Mor, Coleman.	UN	5
38		Caixa Térmica De 15 Litros Sistema prático de abertura. Possui alça lateral embutida e alça tiracolo, mais prática para transportar; Isolamento térmico em EPS; Boa eficiência térmica. Cor azul Marca referência: Mor, Coleman.	UN	5
39		Caixa Térmica De 15 Litros Sistema prático de abertura. Possui alça lateral embutida e alça tiracolo, mais prática para transportar; Isolamento térmico em EPS; Boa eficiência térmica. Cor vermelha Marca referência: Mor, Coleman.	UN	5
40		Canula de guedel N: 3: Especificações Técnicas Material: Polietileno. Estéril: Sim. Acabamento: Suave e flexível. Tamanhos: Identificados por cor na extremidade flangeada da cânula. Uso: Único. Marca de referência: Descarpack	UN	2
41		Canula de guedel N: 4: Especificações Técnicas Material: Polietileno. Estéril: Sim. Acabamento: Suave e flexível. Tamanhos: Identificados por cor na extremidade flangeada da cânula.	UN	2

Secretaria Municipal de Saúde

sauda@campanha.mg.gov.br | 0800 326 1648

Rua Doutor Cesarino, 261 - Centro - Campanha MG

CNPJ: 18.712.174/0001-42

42	<p>Uso: Único. Marca de referência: Descarpack</p> <p>Canula de guedel N: 5: Especificações Técnicas</p> <p>Material: Polietileno.</p> <p>Estéril: Sim.</p> <p>Acabamento: Suave e flexível.</p> <p>Tamanhos: Identificados por cor na extremidade flangeada da cânula.</p> <p>Uso: Único. Marca de referência: Descarpack</p>	UN	2
43	<p>Cateter Central - aplicação venoso, tipo implante inserção periférica, matéria prima poliuretano radiopaco, diâmetro cerca 7 fr, vias duplo lumen, comprimento cerca 55 cm, conector conectores padrão, clamp em todas vias e tampas, componente kit introdutor completo, tipo uso estéril, descartável, embalagem individual.</p>	UN	20
44	<p>Cateter Tipo Óculos Adulto. Marca de referência: Foyomed</p>	UN	600
45	<p>Clamp Grampo Umbilical Descartável Estéril: Indicado para prender o cordão umbilical de recém-nascido, logo após o parto. Estéril e descartável Composição: Polietileno Quantidade: 100 unidades Livre de látex Livre de DEHP Embalado individualmente. Marca de referência: Foyomed, Adlin</p>	CX	1
46	<p>Clorexidina 0,2% Frasco 100 ml, Solução antisséptica aquosa. Marca de referência: Rioquímica</p>	FR	150
47	<p>Coletor de material perfuro cortante – 07 litros Composto de papel resistente e saco plástico resistente, Capacidade para 07 litros. Possui alça dupla para transporte, Produzido de acordo com o NBR 13853. Marca de referência: Polarfix, Descarpack</p>	UN	100
48	<p>Coletor de material perfuro cortante – 13 litros Composto de papel resistente e saco plástico resistente, Capacidade para 13 litros. Possui alça dupla para transporte, Produzido de acordo com o NBR 13853. Marca de referência: Polarfix, Descarpack</p>	UN	50
49	<p>Coletor de material perfuro cortante – 20 litros Composto de papel resistente e</p>	UN	160

Secretaria Municipal de Saúde

sauda@campanha.mg.gov.br | 0800 326 1648

Rua Doutor Cesarino, 261 - Centro - Campanha MG

CNPJ: 18.712.174/0001-42

		saco plástico resistente, Capacidade para 20 litros. Possui alça dupla para transporte, Produzido de acordo com o NBR 13853. Marca de referência: Polarfix, Descarpack		
50		Compressa Campo Operatório com alta absorção, super macia, estéril: indicação na absorção de líquidos, secreções e cirurgias em geral. Medidas: 25cm x 28cm, 4 camadas, 100% algodão, 27g/unidade sem RX, pacote com 5 unidades. Marca de referência: Polarfix	PCT	300
51		Compressa de gaze hidrófila estéril – em algodão puro, 13fios/cm ² , 08 dobras; medindo 7,5 x 7,5 cm; cor branca, isenta de amido, dextrina, corantes corretivos, azulados ópticos, álcalis e ácidos, fios uniformes sem falhas ou fiapos. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número e lote. Cada pacote com 10 unidades. Marca de referência: Polarfix, Cremer. APRESENTAR AMOSTRA	PCT	20.000
52		Compressa de gaze hidrófila não estéril –em algodão puro, 13 fios/cm ² , 08 dobras; medindo 7,5 x 7,5 cm; 15 X 30 cm aberta, cor branca, isenta de amido, dextrina, corantes corretivos, azulados ópticos, álcalis e ácidos, fiosuniformes sem falhas fiapos. Embalagem contendo dados de identificação, ou data de fabricação e validade, número e lote. Cada pacote com 500 unidades. Marca de Referência: Polarfix, Cremer. APRESENTAR AMOSTRA	PCT	200
53		Conjunto máscara de nebulização ou Oxigênio Adulto. Possui opção para saída de oxigênio hospitalar / nebulizador doméstico ou saída de ar comprimido. Mangueira com extensão de 1,60 m e 2,80 m. Máscara em pvc médico hospitalar sem DEHP Copinho: Polipropileno Mangueira: PVC Terminal da mangueira : PVC conector verde paraoxigênio: Poliestireno conector amarelo para ar comprimido: Poliestireno. Registro na Anvisa ANVISA:10293210016	UN	20

Secretaria Municipal de Saúde

sauda@campanha.mg.gov.br | 0800 326 1648

Rua Doutor Cesarino, 261 - Centro - Campanha MG

CNPJ: 18.712.174/0001-42

54		Cuba redonda para Assepsia 9x5 cm Marca de referência : FAMI	UN	10
55		Cuba rim inox 700ml 26x12	UN	10
56		Curativo De Silicone e Espuma Com Prata Curativo antimicrobiano para transferência de exsudato, autoaderente, atraumático, recortável e flexível, composto por camada de silicone suave e camada fina de espuma de poliuretano impregnada com sulfato de prata (1,2 mg/cm ² de prata) e carvão ativado. Podendo permanecer por até 14 dias. Tamanho 10x10cm. Marca de Referência: VitaMedical	UN	100
57		Detergente enzimático - Elaborado com 4 enzimas, protease, amilase, lipase e carboidrase, contém tensoativos não iônicos. Indicado para a remoção de matéria orgânica como sangue, fezes, muco e fluidos orgânicos dos instrumentais cirúrgicos garantindo uma melhor desinfecção após limpeza. Embalagem 1 Litro Marca de referência: Rioquímica	UN	100
58		Digluconato de Clorexidina 2% . Cada mL da solução contém: digliconato de clorexidina - 10mg, veículo q.s.p.- 1mL (hidróxido de sódio e água). Frasco 100 ml. Marca de referência: Rioquímica	FR	150
59		Dreno de Tórax com Filamento Radiopaco C/ Conector PVC 34 fr: Dreno torácico em PVC cristal atóxico nº 34 com indicador radiopaco. Com filamento radiopaco em toda sua extensão e graduação em cm. Possui 5 furos laterais e 1 central. Na extremidade oposta possui um corte em bisel para facilitar a conexão com o conector. Conector escalonado. Extremidade arredonda e atraumática. Comprimento: 45 cm. Flexível. Transparente Superfície lisa. Estéril. Descartável. Marca de referência: Lac-medical, BIOTEC	UN	3
60		Dreno de Tórax com Filamento Radiopaco C/ Conector PVC 24 fr.: Dreno torácico em PVC cristal atóxico nº 34 com indicador radiopaco. Com filamento radiopaco em toda sua extensão e graduação em cm. Possui 5 furos laterais e 1 central. Na extremidade oposta possui um corte em bisel para facilitar	UN	3

Secretaria Municipal de Saúde

sauda@campanha.mg.gov.br | 0800 326 1648

Rua Doutor Cesarino, 261 - Centro - Campanha MG

CNPJ: 18.712.174/0001-42

		a conexão com o conector. Conector escalonado. Extremidade arredonda e atraumática. Comprimento: 45 cm. Flexível. Transparente. Superfície lisa. Estéril. Descartável. Marca de referência: Lac-medical, BIOTEC		
61		Dreno de Tórax com Filamento Radiopaco C/ Conector PVC 28 fr: Dreno torácico em PVC cristal atóxico nº 34 com indicador radiopaco. Com filamento radiopaco em toda sua extensão e graduação em cm. Possui 5 furos laterais e 1 central. Na extremidade oposta possui um corte em bisel para facilitar a conexão com o conector. Conector escalonado. Extremidade arredonda e atraumática. Comprimento: 45cm. Flexível. Transparente. Superfície lisa. Estéril. Descartável. Marca de referência: Lac-medical, BIOTEC	UN	3
62		Eletrodo auto adesivo - Eletrodo auto adesivo 5 x 5cm, com 10 unidades, fisioterapia Tens/fes; reutilizável massagem músculo.	KIT	05
63		Eletrodo cardíaco descartável - Disco confeccionado em foram (espuma de poliestireno adesivada hipoalergênica) com aplicação de gel de celulose sólido, diretamente em contato com rebite metálico revestido com ABS banhado em Ag/AgCl na base, e revestido em inox na parte superior, protegido por uma lâmina de PVC. Pacote 50 unidades. Marca de referência: Skintact	PCT	100
64		Equipo macrogotas - Equipo Macrogotas com injetor lateral e filtro – Equipode infusão gravitacional estéril e de uso único; Somente para infusão por gravidade; Esterilizado por Óxido de Etileno; Atóxico e apirogênico; Ponta perfurocortante com entrada de ar e filtro hidrofóbico; Câmara gotejadora flexível; Macrogotas (20gotas); Filtro de partículas; Injetor lateral – Yauto-cicatrizante; Tubo flexível de 150cm; Regulador de fluxo; Conector luerslip. Marca de referência: Labor Import	UN	15.000
65		Equipo Microgotas - Equipo microgotas (60 gotas/ml), modelo completo, para administração de soluções parenterais. Funciona pelo	UN	300

Secretaria Municipal de Saúde

sauda@campanha.mg.gov.br | 0800 326 1648

Rua Doutor Cesarino, 261 - Centro - Campanha MG

CNPJ: 18.712.174/0001-42

		<p>princípio da gravidade.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ponta perfurante adaptável a qualquer tipo de frasco ou bolsa. • Câmara de gotejamento flexível e transparente, que permite o monitoramento do fluxo da solução a ser administrada. • Filtro de ar hidrófobo para retenção de partículas. • Tubo flexível e transparente de 1,50 m de comprimento com injetor lateral autocatrizante. • Pinça rolete para controle de fluxo. • Conector luer lock, que garante perfeito ajuste aos dispositivos de infusão. • Esterilizado por óxido de etileno. • Embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Marca: Laborimport, TKI, Embramed 		
66		<p>Equipo Multivias - para multiplicar o acesso venoso, administração de soluções parenterais, Conecta duas vias de infusão (equipo, extensores) ao acesso venoso (scalp, cateter intravenoso, agulha). Extremidades proximais com conectores luer lock fêmea transparente com tampa, extensões em PVC com 60mm de comprimento dotadas de clamp corta fluxo, Intermediários em Y unindo a extensão distal, conexão luer slip macho universal distal para dispositivo de acesso venoso. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, tipo de esterilização,data de fabricação e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Marca de referência Wiltex</p>	UN	2.000
67		<p>Equipo nutrição enteral com filtro de ar 1.5m - Equipo para dieta enteral via sonda. infusão por gravidade, equipo gravitacional, com ponta perfurante e tampa protetora. Câmara flexível para visualização de gotejamento e extensão em PVC azul com comprimento de 1,50m, controle de fluxo tipo pinça rolete, filtro de ar lateral e com conector escalonado.</p>	UN	600
68		<p>Escova cervical estéril- composição: polipropileno, tereftalato de polibutileno, aço inoxidável. esterilizado por óxido de</p>	CX	8

Secretaria Municipal de Saúde

sauda@campanha.mg.gov.br | 0800 326 1648

Rua Doutor Cesarino, 261 - Centro - Campanha MG

CNPJ: 18.712.174/0001-42

		etileno. Caixa com 100 unidades		
69		Espadrapo – tamanho de 10cm x 4,5m, tecido 100% algodão, adesivo a base de borracha natural e resina Composto de tecido 100% algodão que recebe tratamento especial para proporcionar facilidade de rasgo sem desfilamento, resina acrílica impermeabilizante, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas. Marca de Referência: Cremer, Polarfix. APRESENTAR AMOSTRA	UN	800
70		Fio Agulhado De Nylon Monofilamento agulha 20mm 3/8 tipo triangular tamanho 3 , 0,45cm. caixa com 24 unidades. Marca de referência: Procare	CX	20
71		Fio Agulhado De Nylon Monofilamento - agulha 20mm 3/8 tipo triangular tamanho 2 , 0,45cm. caixa com 24 unidades. Marca de referência: Procare	CX	5
72		Fio Agulhado De Nylon Monofilamento - agulha 20mm 3/8 tipo triangular tamanho 4 , 0,45cm. caixa com 24 unidades. Marca de referência: Procare	CX	5
73		Fio Agulhado De Nylon Monofilamento - agulha 20mm 3/8 tipo triangular tamanho 5 , 0,45cm. caixa com 24 unidades. Marca de referência: Procare	CX	5
74		Fio Agulhado De Nylon Monofilamento - agulha 20mm 3/8 tipo triangular tamanho 6 , 0,45cm.caixa com 24 unidades. Marca de referência: Procare.	CX	7
75		Fio de sutura catgut cromado 2-0 com agulha 3,0cm. Agulha 3/8 75 cm cil 3,0. Caixa com 24 unidades. Marca de referência: Procare, Technofio	CX	5
76		Fio de sutura catgut cromado 4-0 com agulha 3,0cm. Agulha 3/8 75 cm cil 3,0. Caixa com 24 unidades. Marca de referência: Procare, Technofio	CX	5
77		Fio Guia mandril para intubação endotraqueal 3mm - Marca de referência : Protec	UN	5
78		Fita crepe hospitalar: Com dorso de papel crepado, tratado com látices de estireno butadieno. Recebe, em uma de suas faces, massa adesiva à base de borracha natural e resina e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resinas acrílicas que proporcionam uma	ROLO	350

Secretaria Municipal de Saúde

sauda@campanha.mg.gov.br | 0800 326 1648

Rua Doutor Cesarino, 261 - Centro - Campanha MG

CNPJ: 18.712.174/0001-42

		excelente adesividade, além de aceitar bem a escrita com lápis ou tinta sem borrar. Medida: Rolo 16mm x 5m. Marca de referência: Polarfix, Cremer		
79		Fita Métrica Corporal 150 cm. Circulo Medida: 150cm. Fita para metragem nos dois lados. Graduada em milímetros. Composição: 95% PVC 5% fibra de vidro.	UN	10
80		Fita para autoclave – Confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose. Recebe, em uma de suas faces, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resina acrílica. 19mm x 30m. Marca de referência: Polarfix, Cremer	UN	50
81		Fixador citológico spray 100 ml. - Fixador citológico para esfregaços em lâminas, composição: propileno glicol e álcool etílico. Spray. 100ml	UN	7
82		Fluxometro de oxigenio com escala de 0 a 15 lpm: Corpo do fluxômetro: Latão cromado ou Alumínio anodizado ou Zamac - Esfera: Aço inox. - Anel O'ring: Borracha nitrílica. - Volante de regulagem: Nylon; - Porca de conexão (Borboleta): Nylon com inserto em latão ou Zamac - Engate Rápido AFNOR: Latão cromado. - Engate Rápido OHMEDA: Latão cromado. - Conexão de entrada (Bico): Latão cromado ou Alumínio anodizado - Bilha interna e externa: Policarbonato. - Tampão (proteção da conexão de saída): Silicone medicinal. - Bico para oxigênio: Latão cromado ou Alumínio anodizado	UN	20
83		Frasco Nutrição Enteral c/ alça 300 ml. Indicado para alimentação enteral para pacientes que não possam engolir o alimento. Tampa de rosca com saída para adaptar ao equipo. Alça de fixação na sua base para pendurar o frasco com travamento. Capacidade: 300 ml. Etiqueta auto-adesiva para identificação do paciente. Embalado Individualmente. Altura do produto (cm) 14,00. Largura do produto (cm) 7,00; Profundidade do produto (cm) 7,00; Peso líquido (Kg) 0,021; Altura da	UN	600

Secretaria Municipal de Saúde

sauda@campanha.mg.gov.br | 0800 326 1648

Rua Doutor Cesarino, 261 - Centro - Campanha MG

CNPJ: 18.712.174/0001-42

		embalagem (cm) 24,00; Largura da embalagem (cm) 8,00; Profundidade da embalagem (cm) 8,00; Peso bruto com embalagem (Kg) 0,021.		
84		Garrote: eficiente em procedimentos médico - hospitalares ambulatoriais que requeiram imobilização ou garroteamento do membro superior e inferior. Fecho em PVC, que permite um ajuste fácil e confortável; Cor: Azul; Validade indeterminada; Tamanho: 34cm de comprimento e 2,5cm de largura.	UN	100
85		Gaze Antimicrobiana Com PHMB. Gaze antimicrobiana 100% algodão, de alta absorção, c/ trama larga, dimensão mínima: 10x10 cm, impregnada c/ PHMB (polihexametileno de biguanida) na concentração mínima de 0,2%, sendo um agente antimicrobiano que evita a contaminação do leito da ferida e combate infecções já Gram positivos e negativos, fungos e instaladas. Possui amplo espectro de ação contra micro-organismos leveduras. Evita a contaminação cruzada de paciente para paciente, paciente para médico e paciente para meio ambiente. Pacote com 5 unidades	PCT	300
86		Gaze Tipo Queijo 9 fios: confeccionada com fio 100% algodão, sendo composta por três dobras e oito camadas no formato 91cm x91m. Marca de referência: Polarfix, Neve e Cremer. APRESENTAR AMOSTRA	UN	200
87		Gel para Ultra Som e ECG ph balanceado, inodoro, hidrossolúvel, isento de sal, hipoalergênico e com viscosidade adequada. Frasco com 1.000grs. Marca de referência: Multigel	LT	50
88		Guia para intubação traquea adulto Bougie Life 304 - Marca de referência : Delta Life	UN	5
89		HCG - Teste Rápido de Gravidez - teste rápido de gravidez em tiras para uso em urina e soro (caixa com 100 testes em tiras)	CX	12
90		Hidrogel sem alginato 30g - Gel para curativo e tratamento de feridas fórmula água desionizada, Propilenonoglicol e óleos origem vegetal.30g. Marca de referência: VitaMedical	UN	300
91		Histerômetro descartável - com	UN	150

Secretaria Municipal de Saúde

sauda@campanha.mg.gov.br | 0800 326 1648

Rua Doutor Cesarino, 261 - Centro - Campanha MG

CNPJ: 18.712.174/0001-42

		hasteplástica cilíndrica flexível, comprimento total 25cm com segmento centimetrado de 16cm, sendo a graduação de 0 a 15cm e um anel cilíndrico (stopper) que se desloca ao longodo segmento centimetrado.		
92		Iodopovidona Degermante 1% - frasco de 100ml, a cada ml de solução iodopovidona (pvpi) – 75mg, tensoativos – 100mg. água purificada. frasco com - iodopovidona degermante 1% - frasco de 100ml, a cada ml de solução iodopovidona (pvpi) – 75mg, tensoativos – 100mg. água purificada. frasco com 100 ml. Marca referência : Rioquimica	FR	80
93		Iodopovidona Degermante 1% - frasco de 100ml, polivinilpirrolidona iodo - pvp 10% de iodo ativo, veículo aquoso q.s.p.- 1ml - frasco com 100ml. marca referência : rioquimica - iodopovidona degermante 1% - frasco de 100ml, polivinilpirrolidona iodo - pvp 10% de iodo ativo, veículo aquoso q.s.p.- 1ml - frasco com 100ml. Marca referência : Rioquimica	FR	50
94		Jelco Nº 14: cateter periférico do tipo por fora da agulha, estéril, constituído por: Agulha siliconizada com bisel b1-angulado e trifacetado. Facilita a punção e reduz o traumatismo nos tecidos. Cateter radiopaco e flexível. Proporciona maior facilidade depunção e penetração na pele. Protetor do conjunto agulha/cateter. Conector Luer Lok Universal codificado por cores. Câmara de refluxo.Tampa da câmara de refluxo com micro estrias. Caixa com 100 unidades. Marca de referência: BD, Descarpack	CX	1
95		Jelco nº 16: cateter periférico do tipo por fora da agulha, estéril, constituído por: Agulha siliconizada com bisel b1-angulado e trifacetado.Facilita a punção e reduz o traumatismo nos tecidos. Cateter radiopaco e flexível. Proporciona maior facilidade depunção e penetração na pele. Protetor	CX	1

		do conjunto agulha/cateter. Conector Luer Lok Universal codificado por cores. Câmara de refluxo. Tampa da câmara de refluxo com micro estrias. Caixa com 100 unidades. Marca de referência: BD, Descarpack		
96		Jelco nº 18: cateter periférico do tipo por fora da agulha, estéril, constituído por: Agulha siliconizada com bisel b1-angulado e trifacetado. Facilita a punção e reduz o traumatismo nos tecidos. Cateter radiopaco e flexível. Proporciona maior facilidade de punção e penetração na pele. Protetor do conjunto agulha/cateter. Conector Luer Lok Universal codificado por cores. Câmara de refluxo. Tampa da câmara de refluxo com micro estrias. Caixa com 100 unidades. Marca de referência: BD, Descarpack	CX	2
97		Jelco nº 20: cateter periférico do tipo por fora da agulha, estéril, constituído por: Agulha siliconizada com bisel b1-angulado e trifacetado. Facilita a punção e reduz o traumatismo nos tecidos. Cateter radiopaco e flexível. Proporciona maior facilidade de punção e penetração na pele. Protetor do conjunto agulha/cateter. Conector Luer Lok Universal codificado por cores. Câmara de refluxo. Tampa da câmara de refluxo com micro estrias. Caixa com 100 unidades. Marca de referência: BD, Descarpack APRESENTAR AMOSTRA	CX	30
98		Jelco nº 22: cateter periférico do tipo por fora da agulha, estéril, constituído por: Agulha siliconizada com bisel b1-angulado e trifacetado. Facilita a punção e reduz o traumatismo nos tecidos. Cateter radiopaco e flexível. Proporciona maior facilidade de punção e penetração na pele. Protetor do conjunto agulha/cateter. Conector Luer Lok Universal codificado por cores. Câmara de refluxo. Tampa da câmara de refluxo com micro estrias. Caixa com 100 unidades. Marca de referência: BD, Descarpack APRESENTAR AMOSTRA	CX	50
99		Jelco nº 24: cateter periférico do tipo por fora da agulha, estéril, constituído por:	CX	70

Secretaria Municipal de Saúde

sauda@campanha.mg.gov.br | 0800 326 1648

Rua Doutor Cesarino, 261 - Centro - Campanha MG

CNPJ: 18.712.174/0001-42

		Agulha siliconizada com bisel b1-angulado e trifacetado. Facilita a punção e reduz o traumatismo nos tecidos. Cateter radiopaco e flexível. Proporciona maior facilidade de punção e penetração na pele. Protetor do conjunto agulha/cateter. Conector Luer Lok Universal codificado por cores. Câmara de refluxo. Tampa da câmara de refluxo com micro estrias. Caixa com 100 unidades. Marca de referência: BD APRESENTAR AMOSTRA		
100		Kit Eletrodo Precordial com 6 peras de silicone para ECG – Não estéril. Dimensões: (LxAxC): 2,5x2,5x3,5cm.	KIT	5
101		Kit Especulo vaginal M – descartável tamanho M + espátula de Ayres + escova cervical + luva e lamina.	KIT	1.000
102		Kit Especulo vaginal P – descartável tamanho P + espátula de Ayres + escova cervical + luva e lamina	KIT	1.000
103		Kit Estesiômetro – kit estesiômetro contendo 1 conjunto de 07 monofilamentos de nylon de comprimentos iguais, cores e diâmetros padrão, que exercem forças de 0,05g a 300g.	KIT	6
104		Lâmina nº 11: Formatos e polimentos que asseguram incisões precisas, consistentes e estáveis. Fabricadas em aço carbono. Embalagem em alumínio, que garante sua integridade até o momento do uso. Esterilizadas por Raios Gama. Caixa com 100 unidades. Marca de referência: Sterilance, Descarpack.	CX	3
105		Lâmina nº 12: Formatos e polimentos que asseguram incisões precisas, consistentes e estáveis. Fabricadas em aço carbono. Embalagem em alumínio, que garante sua integridade até o momento do uso. Esterilizadas por Raios Gama. Caixa com 100 unidades. Marca de referência: Sterilance, Descarpack.	CX	8
106		Lâmina nº 15: Formatos e polimentos que asseguram incisões precisas, consistentes e estáveis. Fabricadas em aço carbono. Embalagem em alumínio, que garante sua integridade até o momento do uso. Esterilizadas por Raios Gama. Caixa com 100 unidades. Marca de referência:	CX	8

Secretaria Municipal de Saúde

sauda@campanha.mg.gov.br | 0800 326 1648

Rua Doutor Cesarino, 261 - Centro - Campanha MG

CNPJ: 18.712.174/0001-42

		Sterilance, Descarpack.		
107		Lâmina nº 23: Formatos e polimentos que asseguram incisões precisas, consistentes e estáveis. Fabricadas em aço carbono. Embalagem em alumínio, que garante sua integridade até o momento do uso. Esterilizadas por Raios Gama. Caixa com 100 unidades. Marca de referência: Sterilance, Descarpack.	CX	3
108		Lâminas para microscopia – lâmina fosca lapidada – medida 26.0x76. 0mm – espessura 1.0 a 1.2mm, caixa com 50 unidades.	CX	10
109		Lanceta calibre 28G - Descartáveis para lancetador para coleta de amostras de sangue capilar. Ponta de dedo, calcanhar e lóbulo da orelha. Caixa com 100 unidades Marca de referência: G-tech e Descarpack.	CX	200
110		Lençol de papel descartável hospitalar, rolo, compacote 70x50 branco. Marca de referência: Polarfix, Cremer e Neve	UN	1.000
111		Luva cirúrgica estéril nº 7 por raio gama (cobalto 60), produzida a base de látex natural, formato anatômico, lubrificada com pó bio-absorvível . Marca de referência: Labor Import	PAR	350
112		Luva cirúrgica estéril nº 7,5 por raio gama (cobalto 60), produzida a base de látex natural, formato anatômico, lubrificada com pó bio- absorvível. Marca de referência: Labor Import	PAR	350
113		Luva cirúrgica estéril nº 8,0 por raio gama (cobalto 60), produzida a base de látex natural, formato anatômico, lubrificada com pó bio-absorvível. Marca de referência: Labor Import	PAR	200
114		Luva procedimento não estéril ,ambidestro, hipoalergênicaAQL–1.5,tamanho G, caixa com 100 unidades,deve conter C.A. Marca de referência: Supermax, Unigloves	CX	450
115		Luva procedimento, não estéril, ambidestro, hipoalergênica AQL – 1.5, tamanho M , caixa com 100 unidades, deve conter C.A. Marca de referência: Supermax, Unigloves	CX	800
116		Luva procedimento, não estéril,	CX	700

Secretaria Municipal de Saúde

sauda@campanha.mg.gov.br | 0800 326 1648

Rua Doutor Cesarino, 261 - Centro - Campanha MG

CNPJ: 18.712.174/0001-42

		ambidestro, Hipoalergênica AQL – 1.5, tamanho P , caixa com 100 unidades, deve conter C.A. Marca de referência: Supermax, Unigloves		
117		Luva procedimento não estéril , ambidestro, hipoalergênica AQL – 1.5, tamanho PP , caixa com 100 unidades, deve conter C.A. Marca de referência: Supermax, Unigloves	CX	200
118		Mangueira Tubo de silicone 12,0x6,0mm : Refere-se a 1 metro do tubo; Tubo em silicone para uso geral. Fabricado em: Silicone atóxico Estéril: Não Dimensões: Diâmetro Interno: 6,00mm Diâmetro Externo: 12,00mm Indicação: Grau Farmacêutico/Medicinal Temperatura de operação: DE -20 A +200°C.	METRO	20
119		Malha tubular ortopedica 10x15 : Malha Tubular De Algodão - MSO Indicações: usado como da pele em aparelho gessado. Características:- Composição: tecido 100% Algodão. Marca de Referência: POLARFIX	UN	50
120		Malha tubular ortopedica 15x15 : Malha Tubular De Algodão - MSO Indicações: usado como da pele em aparelho gessado. Características:- Composição: tecido 100% Algodão. Marca de Referência: POLARFIX	UN	50
121		Malha tubular ortopedica 20x15 : Malha Tubular De Algodão - MSO Indicações: usado como da pele em aparelho gessado. Características:- Composição: tecido 100% Algodão. Marca de Referência: POLARFIX	UN	50
122		Manta aluminizada resgate SP adulto - tamanho 2,10 x 1,40m. Validade indeterminada.	UN	200
123		Máscara cirúrgica descartável , 3 camadas de não tecido, uma camada de filtro bacteriano, modelo retangular, com pregas longitudinais, dispositivo para ajuste nasal, tiras laterais de elástico, inodora, atóxica e hipoalergênica, gramatura total 45grs/m2. Caixa com 50 unidades. Marca de referência: Polarfix e Labor import.	CX	300
124		Mascara de Alta concentração com reservatório adulto - Mascara de Alta	UN	30

Secretaria Municipal de Saúde

sauda@campanha.mg.gov.br | 0800 326 1648

Rua Doutor Cesarino, 261 - Centro - Campanha MG

CNPJ: 18.712.174/0001-42

		concentração, completa com reservatório e tubo extensor, permitindo alta concentração de oxigênio proporcionando qualidade no recebimento de oxigênio e conforto ao paciente. Marca de Referência: Descarpack		
125		Mascara de Alta concentração com reservatório infantil - Mascara de Alta concentração, completa com reservatório e tubo extensor, permitindo alta concentração de oxigênio proporcionando qualidade no recebimento de oxigênio e conforto ao paciente. Marca de Referência: Descarpack	UN	20
126		Mascára de proteção N95: respirador semifacial, dobrável, descartável, constituído de filtro mecânico de não tecido (tnt), composto de fibras sintéticas, filtros tratados eletrostaticamente, clipe nasal para ajuste mantendo a vedação do respirador. Enquadra-se na categoria pff2. Marca de Referência: Descarpack, Polarfix	UN	50
127		Máscara Laríngea Nº 04 – máscara reutilizável para acesso supra – glótico às vias aéreas em situações de emergência – pré – curvada, confeccionada totalmente em silicone,contendo protetor ante mordedura; duplo lúmen, cuff de vedação anatômico com válvula e linha de insuflação separada do tubo; barras de proteção contra obstrução da epiglote; conector padrão de 15 mm; identificação de tamanho gravada no tubo evisível; em silicone; isenta de látex; esterilizável em autoclave. Embaladas individualmente. Embalagem com dados de identificação, lote, validade e procedência. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Marca de referência: Embramed, Foyomed	UN	10
128		Máscara Laríngea Nº 05 – máscara reutilizável para acesso supra – glótico às vias aéreas em situações de emergência – pré – curvada, confeccionada totalmente em silicone,contendo protetor ante mordedura; duplo lúmen, cuff de vedação anatômico com válvula e linha de	UN	30

Secretaria Municipal de Saúde

sauda@campanha.mg.gov.br | 0800 326 1648

Rua Doutor Cesarino, 261 - Centro - Campanha MG

CNPJ: 18.712.174/0001-42

		insuflação separada do tubo; barras de proteção contra obstrução da epiglote; conector padrão de 15 mm; identificação de tamanho gravada no tubo evisível; em silicone; isenta de látex; esterilizável em autoclave. Embaladas individualmente. Embalagem com dados de identificação, lote, validade e procedência. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Marca de referência: Embramed, Foyomed		
129		Micropore 10 cm x 4,5 m, cor branca, rayon de viscose, não tecido com adesivo acrílico hipoalérgico. Marca de Referência: Cremer, Polarfix e Neve. APRESENTAR AMOSTRA	UN	500
130		Micropore 5 cm x 10 m , cor branca, rayon de viscose, não tecido com adesivo acrílico hipoalérgico. Marca de Referência: Cremer, Polarfix e Neve. APRESENTAR AMOSTRA	UN	550
131		Óleo cicatrizante curativo - base de ácidos graxos essenciais (a.g.e.) - ácido oleico, ácido linoleico, ácido linolênico - contendo óleo de girassol (rico em ácidos graxos essenciais) triglicérides cáprico / caprílico de cadeia médio, ácido láurico, vitamina a e e, lecitina de soja e óleo de soja. Frasco com 200ml - tampa bico aplicador.	FR	300
132		Oxímetro portátil tipo dedo, para uso adulto e pediátrico - Monitoramento não invasivo e instantâneo da saturação de oxigênio no sangue (SpO_2) e da frequência cardíaca. Especificações mínimas obrigatórias: 1. Tipo: Portátil, de dedo, com leitura por sensor óptico integrado. 2. Parâmetros medidos: Saturação de oxigênio no sangue (SpO_2) e frequência cardíaca (pulso). 3. Faixa de medição da SpO_2 : mínimo de 70% a 100%. 4. Faixa de medição da frequência cardíaca: mínimo de 30 a 250 bpm. 5. Display: Tela digital com exibição simultânea de SpO_2 , frequência cardíaca e curva pleismográfica ou barra indicadora	UN	45

		de pulso. 6. Precisão mínima: o SpO ₂ : ±2% na faixa de 70 a 100%. o Frequência cardíaca: ±2 bpm ou ±2%, o que for maior. 7. Indicação visual de baixa perfusão ou sinal fraco. 8. Alimentação: Funcionamento com pilhas (2 pilhas tipo AAA) ou bateria recarregável. 9. Desligamento automático: Após período de inatividade (no máximo 10 segundos). 10. Certificação: Produto com registro na ANVISA e/ou Inmetro, conforme aplicável. Marca de Referência: Multilaser, G-Tech		
133		Papel Grau cirúrgico para esterilização em autoclave 30x 100. (Bobina)	UN	5
134		Papel térmico para eletrocardiógrafo: Formato: bobina; Largura: 210mm; Extensão da Bobina: 30m; Tipo de registro: térmico; Fabricação: matéria prima (celulose) de alta qualidade; rolo. Marca de Referência: BIONET, CARDIOCARE 2000	ROLO	20
135		Pinça dissecção anatômica 12 cm	UN	10
136		Pinça Dissecção anatômica com dente 16 cm - Marca de referência: Edlo	UN	8
137		Pinça Dissecção anatômica com serrilha 16 cm - Marca de referência: Edlo	UN	8
138		Pinça kely curva 14cm hemostática	UN	8
139		Pinça kely reta 14cm	UN	15
140		Pinça Kocher–reta14cm 5½ Marca de referência: EDLO	UN	10
141		Porta agulha Halsey Serrilhado 13cm titanium	UN	5
142		Preservativo Masculino Sem Lubrificante: Confeccionado em latex natural sem lubrificante resistente atoxicó hipoalergico formato anatomico com acabamento na borda; aplicacao exames de ultrassonografia. Caixa com 144 unidades	CX	5
143		Scalp nº 23: possui conector universal tipo Luer Lock- Suporte com aletas, em polietileno, que permite empunhadura segura.- Asas de sustentação, codificada	CX	15

Secretaria Municipal de Saúde

sauda@campanha.mg.gov.br | 0800 326 1648

Rua Doutor Cesarino, 261 - Centro - Campanha MG

CNPJ: 18.712.174/0001-42

		por cores, que diferenciam o calibre. Embalado individualmente em PVC.- Tubo flexível: confeccionado em PVC, atóxico, apirogênico e transparente; Agulha em aço em inox, bisel curto, trifacetado, provido de protetor de plástico.- Estéril.- Esterilizado por oxido de etileno. Caixa com 100 unidades. Marca de Referência: Descarpack, TKL		
144		Scalp nº 25: - possui conector universal tipo Luer Lock- Suporte com aletas, em polietileno, que permite empunhadura segura.- Asas de sustentação, codificada por cores, que diferenciam o calibre. Embalado individualmente em PVC.- Tubo flexível: confeccionado em PVC, atóxico, apirogênico e transparente; Agulha em aço em inox, bisel curto, trifacetado, provido de protetor de plástico.- Estéril.- Esterilizado por oxido de etileno. Caixa com 100 unidades. Marca de Referência: Descarpack, TKL.	CX	15
145		Seringa de insulina - Seringa estéril de uso único para insulina com agulha fixa. Atóxico, uso manual, estéril, livre de pirogênio. Tamanho 0,30 x 8 mm. Caixa com 100 unidades.	CX	30
146		Seringa descartável 10 ml - Em polipropileno, estéril, sem agulha, bico Luer-Slip , com corpo graduado, embolo apresentando ponteira de borracha siliconizada com adaptação exata ao corpo da seringa. Marca de Referência: Descarpack , SR.	UN	13.000
147		Seringa descartável 1ml - Em polipropileno, estéril, sem agulha, bico Luer-Slip , com corpo graduado, embolo apresentando ponteira de borracha siliconizada com adaptação exata ao corpo da seringa. Marca de Referência: Descarpack , SR.	UN	2.000
148		Seringa descartável 20 ml - Em polipropileno, estéril, sem agulha, bico com adpatação a agulha em rosca Luer Lock , com corpo graduado, embolo apresentando ponteira de borracha siliconizada com adaptação exata ao	UN	2.000

Secretaria Municipal de Saúde

sauda@campanha.mg.gov.br | 0800 326 1648

Rua Doutor Cesarino, 261 - Centro - Campanha MG

CNPJ: 18.712.174/0001-42

		corpo da seringa. Marca de Referência: Descarpack, SR e BD.		
149		Seringa descartável 20 ml – Em polipropileno, estéril, sem agulha, bico Luer Slip , com corpo graduado, embolo apresentando ponteira de borracha siliconizada com adaptação exata ao corpo da seringa. Marca de Referência: Descarpack, SR e BD.	UN	3.000
150		Seringa descartável 3ml – Em polipropileno, estéril, sem agulha, bico com adaptação a agulha em rosca Luer Lock , com corpo graduado, embolo apresentando ponteira de borracha siliconizada com adaptação exata ao corpo da seringa. Marca de Referência: Descarpack, SR e BD.	UN	5.000
151		Seringa descartável 3ml – Em polipropileno, estéril, sem agulha, bico Luer slip , com corpo graduado, embolo apresentando ponteira de borracha siliconizada com adaptação exata ao corpo da seringa. Marca de Referência: Descarpack, SR e BD.	UN	7.000
152		Seringa Descartável 5ml - Em polipropileno, estéril, sem agulha, bico Luer-Slip , com corpo graduado, embolo apresentando ponteira de borracha siliconizada com adaptação exata ao corpo da seringa. Marca de Referência: Descarpack , SR.	UN	7.000
153		Sistema de drenagem mediastino 2000ml: Reservatório em PVC rígido atóxico com capacidade de 2.000 ml com graduação a cada 100 ml; Extensão em PVC atóxico; Conector em PVC rígido atóxico. . Embalado em papel grau cirúrgico; Esterilizado a gás óxido de etileno.	UN	3
154		Solução Irrigação e Limpeza De Feridas PHMB – Frasco 350 MI - Solução para irrigação/limpeza e descontaminação de feridas, composta de 0,1% de poliehexanida (PHMB), 0,1% de cocoamidopropilbetaína e 99,8% de água purificada por sistema de osmose reversa ou por destilação, com condutividade < 1,3 us/cm e TOC < 500 ppb, com laudos de: ação bactericida, para pseudônomas, salmonella e outros germes.	UN	10

Secretaria Municipal de Saúde

sauda@campanha.mg.gov.br | 0800 326 1648

Rua Doutor Cesarino, 261 - Centro - Campanha MG

CNPJ: 18.712.174/0001-42

		Toxicidade / reatividade biológica intracutânea; sensibilidade cutânea e avaliação do potencial de citotoxicidade. Frasco de polietileno transparente com 350 ml, flexível com bico próprio para irrigação de feridas, membrana inviolável e abertura no momento do uso. Apresentação: Frasco com 350 ml Registrado na ANVISA como produto para saúde, classificado risco IV.		
155		Sonda aspiração nº 08: Espessura da sonda: 2mm; Traqueal para aspiração de secreções da árvore traqueobrônquica; Estéril; Atóxica; Apirogênico; Descartável (Uso único); Todas as sondas descartáveis são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa. Marca de referência: Embramed	UN	20
156		Sonda aspiração nº 10: Espessura de 4mm; Traqueal para aspiração traqueobrônquica; Estéril; Atóxica; Apirogênico; Descartável de uso único; Todas as sondas descartáveis são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa. Marca de referência: Embramed	UN	20
157		Sonda aspiração nº 12: Espessura de 4,5mm; Traqueal para aspiração traqueobrônquica; Estéril; Atóxica; Apirogênico; Descartável de uso único; Todas as sondas descartáveis são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa. Marca de referência: Embramed	UN	35
158		Sonda aspiração nº 14: Espessura de 5,5 mm; Traqueal para aspiração traqueobrônquica; Estéril; Atóxica; Apirogênico; Descartável de uso único; Todas as sondas descartáveis são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa. Marca de referência: Embramed	UN	40
159		Sonda aspiração nº 16: Espessura de 6 mm; Traqueal para aspiração traqueobrônquica; Estéril; Atóxica; Apirogênico; Descartável de uso único; Todas as sondas descartáveis são compostas de tubo de PVC atóxico flexível	UN	30

		com modelo de furação específica e conector com tampa. Marca de referência: Embramed		
160		Sonda aspiração nº 18: Espessura de 5,5 mm; Traqueal para aspiração traqueobrônquica; Estéril; Atóxica; Apirogênico; Descartável de uso único; Todas as sondas descartáveis são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa. Marca de referência: Embramed	UN	50
161		Sonda aspiração nº 20: Espessura de 5,5 mm; Traqueal para aspiração traqueobrônquica; Estéril; Atóxica; Apirogênico; Descartável de uso único; Todas as sondas descartáveis são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa. Marca de referência: Embramed	UN	50
162		Sonda Foley nº 12 - confeccionada em borracha natural siliconizada, em duas vias sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão, ponta cilíndrica, macia de fundo cego com dois orifícios laterais opostas após o balão, número, capacidade do balão 05ml impressos em local visível, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de identificação e validade. Marca de referência: Descarpack	UN	30
163		Sonda Foley nº 14 - confeccionada em borracha natural siliconizada, em duas vias sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão, ponta cilíndrica, macia de fundo cego com dois orifícios laterais opostas após o balão, número, capacidade do balão 05ml impressos em local visível, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de identificação e validade. Marca de referência: Descarpack	UN	20
164		Sonda Foley nº 16 - confeccionada em borracha natural siliconizada, em duas vias sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão, ponta	UN	100

		cilíndrica, macia de fundo cego com dois orifícios laterais opostas após o balão, número, capacidade do balão 05ml impressos em local visível, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de identificação e validade. Marca de referência: Descarpack		
165		Sonda Foley nº 18 - confeccionada em borracha natural siliconizada, em duas vias sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão, ponta cilíndrica, macia de fundo cego com dois orifícios laterais opostas após o balão, número, capacidade do balão 05 ml impressos em local visível, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de identificação e validade. Marca de referência: Descarpack	UN	70
166		Sonda Foley nº 20 - confeccionada em borracha natural siliconizada, em duas vias sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão, ponta cilíndrica, macia de fundo cego com dois orifícios laterais opostas após o balão, número, capacidade do balão 05 ml impressos em local visível, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de identificação e validade. Marca de referência: Descarpack	UN	30
167		Sonda nasogástrica longa nº 04 - confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, flexível, transparente, com orifícios laterais na sua extremidade, conector universal com tampa, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Marca de referência: Embramed	UN	20
168		Sonda nasogástrica longa nº 06 - confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, flexível, transparente, com orifícios laterais na sua extremidade, conector universal com tampa, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico	UN	20

Secretaria Municipal de Saúde

sauda@campanha.mg.gov.br | 0800 326 1648

Rua Doutor Cesarino, 261 - Centro - Campanha MG

CNPJ: 18.712.174/0001-42

		com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Marca de referência: Embramed		
169		Sonda nasogástrica longa nº 18- confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, flexível, transparente, com orifícios laterais na sua extremidade, conector universal com tampa, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Marca de referência: Embramed	UN	25
170		Sonda uretral nº 04 - confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, flexível, transparente, com orifícios laterais na sua extremidade, conector universal com tampa, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Marca de referência: Embramed	UN	300
171		Sonda uretral nº 06 - confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, flexível, transparente, com orifícios laterais na sua extremidade, conector universal com tampa, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Marca de referência: Embramed	UN	500
172		Sonda uretral nº 08 - confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, flexível, transparente, com orifícios laterais na sua extremidade, conector universal com tampa, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Marca de referência: Embramed	UN	750
173		Sonda uretral nº 10 – confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, flexível, transparente, com orifícios laterais na sua extremidade, conector universal com tampa, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Marca de referência: Embramed	UN	50
174		Sonda uretral nº 12 - confeccionada em	UN	50

Secretaria Municipal de Saúde

sauda@campanha.mg.gov.br | 0800 326 1648

Rua Doutor Cesarino, 261 - Centro - Campanha MG

CNPJ: 18.712.174/0001-42

		polivinil atóxico, siliconizada, flexível, transparente, com orifícios laterais na sua extremidade, conector universal com tampa, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Marca de referência: Embramed		
175		Sonda uretral nº 14 - confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, flexível, transparente, com orifícios laterais na sua extremidade, conector universal com tampa, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Marca de referência: Embramed	UN	200
176		Soro fisiológico 0,9% de 100 ml - sistema fechado: Solução estéril e apirogênica; Embalagem em polipropileno; Transparente; Alça giratória 360° e retrátil; Lacre de segurança metálico; Um bico com duas entradas, que facilitam a inserção de medicamentos. Marca de referência: Eurofarma, Fresenius Kabi	UN	7.000
177		Soro Glicosado 5% injetável 250 ml - sistema fechado em frasco de polietileno de baixa densidade reciclável, tampa com duas entradas com lacre e membrana cicatrizante. Marca de referência: Eurofarma, Fresenius Kabi	UN	700
178		Soro glicosado 5% injetável 500 ml - frascos sistema fechado, em polipropileno transparente. Solução injetável, límpida, isotônica, estéril e apirogênica. Marca de referência: Eurofarma, Fresenius Kabi	UN	100
179		Soro Ringer Lactato 500 ml , sistema fechado em frasco de polietileno de baixa densidade reciclável, tampa com duas entradas com lacre e membrana cicatrizante.	UN	600
180		Tala Aramada Resgate para Imobilização G Especificações Técnicas Utilizada na imobilização de membros inferiores e superiores quando há suspeita de fraturas. Evita o agravamento da lesão	UN	15

Secretaria Municipal de Saúde

sauda@campanha.mg.gov.br | 0800 326 1648

Rua Doutor Cesarino, 261 - Centro - Campanha MG

CNPJ: 18.712.174/0001-42

		durante o transporte do paciente. Indicado para atendimentos de resgate - Tala moldavel, - Cor padrão para resgate, facilitando a identificação do tamanho; - Pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze; E usada para imobilização provisória no resgate e transporte - Não requer água quente ou vapor para sua aplicação; - Pode ser lavada e reutilizada.		
181		Tala Aramada Resgate para Imobilização M Especificações Técnicas Utilizada na imobilização de membros inferiores e superiores quando ha suspeita de fraturas. Evita o agravamento da lesão durante o transporte do paciente. Indicado para atendimentos de resgate -Tala moldavel, - Cor padrão para resgate, facilitando a identificação do tamanho;- Pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze; E usada para imobilização provisória no resgate e transporte - Não requer água quente ou vapor para sua aplicação; - Pode ser lavada e reutilizada.	UN	15
182		Tala Aramada Resgate para Imobilização P Especificações Técnicas Utilizada na imobilização de membros inferiores e superiores quando ha suspeita de fraturas. Evita o agravamento da lesão durante o transporte do paciente. Indicado para atendimentos de resgate - Tala moldavel, - Cor padrão para resgate, facilitando a identificação do tamanho; - Pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze; E usada para imobilização provisória no resgate e transporte - Não requer água quente ou vapor para sua aplicação; - Pode ser lavada e reutilizada.	UN	10
183		Tala de fixação descartável , antialérgica de espuma de 2cm de espessura metalizada 12mm x 180mm. Pacote com 12 unidades. Marca de referência: Polarfix	PCT	10
184		Termômetro Clínico Digital Portátil , Aparelho utilizado para medir temperatura ou variações de temperatura, em situações patológicas. É um termômetro por contato, que utiliza a ponta sensor como medição; Intervalo de medição: 32oC à 42oC. Marca de referência: G-tech	UN	30
185		Termômetro Máxima e Mínima Digital com cabo extensor - Características:	UN	30

Secretaria Municipal de Saúde

sauda@campanha.mg.gov.br | 0800 326 1648

Rua Doutor Cesarino, 261 - Centro - Campanha MG

CNPJ: 18.712.174/0001-42

		Instrumento de medição de temperatura externa e interna de máxima e mínima. Visor em cristal líquido de fácil visualização. Função °C/F°. Cabo de aproximadamente 2,30m. Informações Técnicas: Faixa de medição interna: -20°C a + 70°C faixa de medição externa: -50°C a + 70°C Dimensões: 85x60x18mm		
186		Tesoura de iris curva 11cm	UN	10
187		Tesoura de iris curva 14cm	UN	10
188		Tesoura de iris reta 14cm	UN	10
189		Tesoura Mayo-stille reta dura corte 17cm	UN	5
190		Tesoura Ponta Romba Resgate aph samu Bombeiro Socorrista G Marca de referência : Stainless Steel	UN	5
191		Tintura de Benjoin 20% - Frasco de 100ml, tipo almotolia. Marca de Referência: Rioquimica	UN	50
192		Tiras reagentes para pesquisa de glicemia. - Tiras para determinação de glicose no sangue, para uso em glicosímetro. Caixa com 100 unidades. Marca de Referência: G-Tech, Accu-Chek Active, On Call Plus II Medlevensonhn APRESENTAR AMOSTRA	CX	720
193		Touca Descartável Com Elástico - fabricada em não tecido 100% polipropileno; produto não estéril; descartável; cor: branca; pacote com 100 unidades. Marca de referência: Polarfix	PCT	40
194		Tubo endotraqueal nº 2 - tipo aramado com balonete confeccionado em PVC transparente, radiopaco, fio de aço espiralado na parede interna do tubo, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico e acetato de celulose, com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Marca de referência: Embramed	UN	10
195		Tubo endotraqueal nº 7,5 - tipo aramado com balonete confeccionado em PVC transparente, radiopaco, fio de aço espiralado na parede interna do tubo, embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico e acetato de celulose, com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização e validade. Marca de referência: Embramed	UN	30
196		Tubo para coleta de sangue a vácuo com gel e ativador de coágulo. Dimensões do tubo: 13x75mm. Volume do tubo: 4 ml Produto estéril	UN	500

Secretaria Municipal de Saúde

sauda@campanha.mg.gov.br | 0800 326 1648

Rua Doutor Cesarino, 261 - Centro - Campanha MG

CNPJ: 18.712.174/0001-42

197		Umidificador PVC, 250 ml, com tampa rosca nylon. Marca de referência: Ventcare	UN	20
198		Vaselina líquida 100%, uso externo – 100ml. Marca de referência: Rioquimica	UN	100

4.2. Escolha da solução (consequência do inciso VI do art. 18, §1º)

Não há que se falar em mais de uma solução a ser analisada neste ETP, considerando que a única possibilidade para a Administração é a aquisição de materiais médico-hospitalares, para suprir as demandas das unidades de saúde pública municipal, bem como o Pronto Atendimento Municipal.

Constata-se que, diante da necessidade de materiais médico-hospitalares, os órgãos públicos realizam a contratação de forma similar à que se pretende adotar, cumprindo as respectivas exigências legais e normativas.

Na aquisição descrita não foram identificadas situações específicas ou casos de complexidade técnica do objeto, em face do item ser considerado bem comum.

4.2.1 - Das possíveis formas de aquisição:

- Buscar atas de registro de preços disponíveis para a realização de adesão a ata.
- Manifestar intenção de registro de preços junto a outro órgão, na condição de participante.
- Realizar licitação própria.

4.2.2 - Da análise das formas de aquisição:

- Não foi encontrada ata de registro de preços disponível para a realização de adesão.
- Não foi encontrada intenção de registro de preços disponível para manifestação.
- É possível a realização de licitação, através do Setor de Licitação e Compras da Prefeitura Municipal.

4.3. Da Possibilidade de verificação da conformidade (art.59, §2º- Amostra)

A nova lei de licitações viabiliza a possibilidade de verificação do produto em conformidade com a descrição requisitada.

Desta forma, as amostras dos itens 17, 21, 22, 23, 51, 52, 69, 86, 97, 98, 99, 129, 130, 192 do objeto em comento merece prosperar, para que a administração não enfrente problemas com fornecimento de produtos em discrepância com sua descrição.

Tratam-se de produtos com requisitos básicos para promoção, e proteção da saúde e qualidade de vida aos assistidos da Secretaria de Saúde.

Para avaliação das amostras, será observada a qualidade, textura, funcionalidade, característica e validade de cada item, dentro do especificado no termo de referência.

4.3.1. Dos Critérios de aceitação das Amostras (Art.41, II)

- O licitante vencedor do item deverá apresentar ou encaminhar em até 10(dez) dias corridos, após a lavratura da ata de sessão, a amostra do produto na Secretaria Municipal de Saúde, Rua Dr. Cesarino nº255, Centro, cidade da Campanha/MG, devidamente identificada e relacionada em papel timbrado da empresa, citando marca de cada item e o número do processo licitatório pertinente.
- As amostras deverão ser enviadas em embalagens originais com os dados de identificação, registro no Ministério da Saúde, validade, fabricante e etc.
- A licitante que deixar de apresentar as amostras, conforme a fase solicitada, ou que apresentá-los em desconformidade com as exigências do certame será desclassificada, no(s) respectivo(s) item(s).
- Em caso de amostras dos itens 17, 21, 22, 23, 51, 52, 69, 86, 97, 98, 99, 129, 130, 192 as licitantes deverão enviar 01(uma) unidade para cada item, sendo que as amostras analisadas não serão devolvidas.
- As licitantes deverão informar na Proposta de Preços a mesma marca que consta nos itens 17, 21, 22, 23, 51, 52, 69, 86, 97, 98, 99, 129, 130, 192, ofertado, e posteriormente, caso vencedor, a mesma para amostra.
- Verificar a compatibilidade como os produtos de glicosímetros e tiras para medição de níveis de glicose sanguínea para que haja o correto e regular funcionamento dos mesmos.

- As amostras serão analisadas pela servidora da Secretaria Municipal de Saúde, Sra. Rita Claudia da Silva Dias, que elaborará relatório a ser encaminhado ao Departamento de Licitação e licitantes no prazo de até (10) dez dias úteis, após a apresentação das amostras.

4.3.2 Critérios de rejeição

- Falta de identificação da amostra;
- Nome abreviado, rasurado ou ilegível;
- Ausência de informações necessárias para o tipo de amostra (setor de origem, tipo de amostra);
- Discrepância entre a identificação da amostra e a descrição do objeto desta demanda.

4.4. Requisitos da contratação

As aquisições dos itens de materiais médico-hospitalares que se pretende será através da Modalidade Pregão Eletrônico, através do Sistema de Registro de Preços em virtude do exato enquadramento das necessidades da Secretaria de Saúde nos requisitos fundamentais para utilização deste sistema, a saber:

- a) Itens de aquisição frequente;
- b) Quantitativo que não se pode definir previamente com exatidão e necessidade de entregas parceladas.
- c) Há variação da demanda entre as unidades de saúde, da necessidade de pronta reposição de estoques de insumos críticos, e da impossibilidade de estimar com precisão o consumo mensal de determinados itens, além de promover economicidade, planejamento e gestão centralizada de compras públicas.
- d) A medida busca evitar descontinuidade dos serviços de saúde, melhorar o planejamento logístico da Secretaria de Saúde e garantir respostas rápidas em situações emergenciais como as realizadas na unidade de Pronto Atendimento Municipal, otimizando recursos públicos com ampla competitividade entre fornecedores.

Assim, em razão das características e durabilidade dos materiais que se pretende adquirir, basta a realização de Ata de Registro de Preços na qual o prazo de vigência

Secretaria Municipal de Saúde

sauda@campanha.mg.gov.br | 0800 326 1648

Rua Doutor Cesarino, 261 - Centro - Campanha MG

CNPJ: 18.712.174/0001-42

será de 12 (doze) meses e poderá ser prorrogado, por iguais e sucessivos períodos, respeitada a limitação decenal, desde que reste comprovada a vantajosidade para a Administração.

Os materiais hospitalares que se pretende adquirir deverão ser entregues pelos fornecedores de acordo com as especificações definidas no Termo de Referência (TR) e no Edital, sendo que os fornecedores deverão assumir inteira responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica sobre a qualidade e especificações dos materiais que serão entregues.

Para os critérios de sustentabilidade devem ser considerados os produtos fornecidos em embalagens de material reciclável, reutilizável e biodegradável, sempre que possível.

Os produtos devem ser registrados na ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO, QUE CONSISTE NA ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS POSSÍVEIS, E JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR.

Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, considerando que, notadamente, possuem padrões de desempenho e de qualidade que podem ser objetivamente definidos, com base em especificações usuais no mercado.

As pesquisas foram realizadas atas de registro de preços de outras prefeituras, sites, banco de preços, PNCP e painel de preços.

A possibilidade para aquisição dos materiais hospitalares é através da realização de licitação na modalidade de Pregão Eletrônico através do Sistema Registro de Preços.

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, INCLUSIVE DAS EXIGÊNCIAS RELACIONADAS À MANUTENÇÃO E À ASSISTÊNCIA TÉCNICA, QUANDO FOR O CASO.

O projeto de aquisição de material médico-hospitalar visa suprir as necessidades essenciais das unidades de saúde municipal, bem como Pronto Atendimento assegurando a disponibilidade contínua de equipamentos e materiais para suportar operações eficazes e seguras em todas as áreas de atendimento, incluindo emergência e enfermaria.

Secretaria Municipal de Saúde

sauda@campanha.mg.gov.br | 0800 326 1648

Rua Doutor Cesarino, 261 - Centro - Campanha MG

CNPJ: 18.712.174/0001-42

Assim, espera-se que com a aquisição de material médico-hospitalar resulte em uma melhoria significativa na gestão de recursos, redução de custos operacionais e aumento da eficiência no atendimento ao paciente, contribuindo para a excelência no cuidado de saúde prestado pela rede municipal de saúde.

7. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS DISPONÍVEIS

A aquisição planejada e eficiente de material médico-hospitalar visa reduzir desperdícios e otimizar o uso de recursos, resultando em uma diminuição dos custos operacionais relacionados à reposição frequente de materiais.

Portanto, ao melhorar a disponibilidade e a qualidade dos materiais médico- hospitalares, espera-se um impacto positivo direto na qualidade do atendimento ao paciente, aumentando a segurança e o conforto durante o tratamento.

8. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS, INCLUÍDOS REQUISITOS DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E DE OUTROS RECURSOS, BEM COMO LOGÍSTICA REVERSA PARA DESFAZIMENTO E RECICLAGEM DE BENS E REFUGOS, QUANDO APLICÁVEL.

A utilização de materiais descartáveis, como ataduras, seringas, gazes e embalagens de medicamentos de soro fisiológico, entre outros, contribui significativamente para a geração de resíduos hospitalares. Estes resíduos podem incluir materiais contaminados e não contaminados, exigindo uma gestão adequada para minimizar impactos ambientais negativos.

A fabricação de equipamentos médicos e materiais descartáveis consome recursos naturais como água, energia e matérias-primas.

O uso intensivo desses recursos pode levar a pressões adicionais sobre o meio ambiente, especialmente se não forem adotadas práticas de produção sustentáveis. Muitos materiais médico-hospitalares são embalados individualmente ou em grandes quantidades, utilizando plásticos e outros materiais que podem ser difíceis de reciclar. A gestão adequada dessas embalagens é crucial para reduzir o impacto ambiental associado ao descarte inadequado. Alguns materiais médicos contêm substâncias químicas perigosas, como mercúrio em termômetros, aparelhos de pressão e baterias, que precisam ser descartadas de forma segura para evitar a contaminação ambiental e riscos à saúde pública. A extração de matérias-primas para a fabricação de materiais médicos pode impactar ecossistemas naturais e habitat da vida selvagem, especialmente se não forem aplicadas práticas sustentáveis de gestão de recursos.

Secretaria Municipal de Saúde

sauda@campanha.mg.gov.br | 0800 326 1648

Rua Doutor Cesarino, 261 - Centro - Campanha MG

CNPJ: 18.712.174/0001-42

Logo, é fundamental considerar e adotar práticas que minimizem seu impacto ambiental, como preferir materiais que possam ser facilmente reciclados ou que tenham menor impacto ambiental durante sua decomposição e realizar avaliações do ciclo de vida dos produtos médico-hospitalares para entender e minimizar seus impactos ambientais desde a produção até o descarte.

9. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO (art. 18, §1º, VIII) – REQUISITO OBRIGATÓRIO.

A divisão do objeto do presente Estudo Técnico Preliminar não representa perda de economia de escala, além de ser tecnicamente e economicamente viável. Assim, opta-se pela aquisição por itens e não a aglutinação em lotes o que permite a ampliação da participação de potenciais interessados, aumento da concorrência e expectativa de economia ao final do certame.

10. CONCLUSÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ART. 18, §1º, XIII) – REQUISITO OBRIGATÓRIO.

A viabilidade deste ETP verifica-se pela economia no valor da aquisição em função do ganho de escala, na eficiência com a diminuição dos custos administrativos em função da redução da fragmentação de processos licitatórios e efetividade com padronização dos referidos materiais. Além disso, frisa-se que a presente contratação atende adequadamente às demandas formuladas, os benefícios a serem alcançados são adequados, os custos previstos são compatíveis e caracterizam a economicidade, os riscos envolvidos são administráveis. Considerando as informações do presente ETP, entende-se que a presente contratação se configura tecnicamente viável.

11. JUSTIFICATIVAS PARA AUSÊNCIA DE CONTEMPLAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS DO ART. 18, § 1º DA LEI 14.133/21.

Não serão necessárias medidas adicionais para a aquisição dos materiais médico-hospitalares, visto que são materiais de consumo comum.

II - Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração;

Justificativa: Considerando que a Lei 14.133/21 facultou a adoção ao Plano de Contratações Anual e não tendo o Município da Campanha o adotado até o momento, não há como preencher o requisito da demonstração de indicação no PCA, ficando este tópico prejudicado.

X - Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato,

Secretaria Municipal de Saúde

sauda@campanha.mg.gov.br | 0800 326 1648

Rua Doutor Cesarino, 261 - Centro - Campanha MG

CNPJ: 18.712.174/0001-42

inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual;

Justificativa:

Os servidores da Secretaria Municipal de Saúde são devidamente treinados e capacitados para a fiscalização e gestão contratual. Assim, não se aplica capacitação de servidores e providências a serem adotadas.

XI - Contratações correlatas e/ou interdependentes;

Justificativa: Não existem contratações correlatas e/ou interdependentes, no caso em tela, sendo a demanda de baixa complexidade e se exaurindo no próprio objeto.

APROVAÇÃO E ASSINATURA

Campanha, 07 de agosto de 2025.

O presente Estudo Técnico Preliminar foi realizado pelo servidor abaixo:

Elaine Manes Lopes Oliveira
Chefe de Seção de Planejamento, Controle e Avaliação

Francis de Paula
Técnico Administrativo

Liliane Bianchi Rodrigues de Vilhena
Auxiliar Operacional

A Secretaria Municipal de Saúde aprova este Estudo Técnico Preliminar de aquisição de materiais médico-hospitalares com sua solução apontada.

Rafaela Pereira Magalhães
Secretaria Municipal de Saúde