

## Dados da Licitação

<b>ID Effecti:</b>	<b>Pregão SRP:</b>	<b>Pregão:</b>	<b>Uasg:</b>	<b>UF:</b>
6917390	NÃO	016/2025/2025	4272572363267362455	BAHIA
<b>Modalidade:</b>	<b>Data de Publicação:</b>	<b>Data Inicial:</b>	<b>Data Final:</b>	<b>Link:</b>
PREGÃO ELETRÔNICO	09/10/2025 18:30:35	22/10/2025 08:00:00	24/10/2025 10:00:00	<a href="#">ACESSAR</a>
<b>Portal:</b> PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - PNCP				
<b>Órgão:</b> ESTADO DA BAHIA				
<b>Objeto:</b> AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS				

## Itens da Licitação

<b>Grupo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b>	<b>Objeto:</b>	<b>Qtde:</b>	<b>Unid:</b>
1	Material		65.15.19.00128509-2 - OXIMETRO, DE DEDO, PORTÁTIL, TELA LCD, VISOR DUAL COLOR, ALIMENTAÇÃO A PILHA, COM CAPACIDADE PARA INDICAR NO MÍNIMO OS SEGUINTESS PARÂMETROS: SPO2 E FREQUÊNCIA DE PULSO. ACESSORIOS DEVEM SER ENTREGUES COM O PRODUTO TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO OFERTADO; DEVEM SER ENTREGUES OS MANUAIS DE OPERAÇÃO, EM PORTUGUÊS. GARANTIA: DEVE SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE GARANTIA COMPLETA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A CONTAR DA DATA DE ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO A ETAPA QUE SE SUCEDA A ENTREGA DO EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTA OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE NORMALIDADE. CÓPIA DO REGISTRO ANVISA DEVE SER APRESENTADA CÓPIA DO REGISTRO DO EQUIPAMENTO EMITIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA / MINISTÉRIO DA SAÚDE ... DESCRIÇÃO COMPLETA VIDE EDITAL.	40	UNIDADE

## Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
2	Material		65.15.19.00070064-9 - CATETER, INTRAVASCULAR PARA PUNçAO PERIFéRICA Nº 16G, DO TIPO POR FORA DA AGULHA, DE USO ÚNICO, ESTéRIL, DESCARTáVEL, ATÓXICO, APIROGêNICO, RADIOPACO, DE MEDIA PERMANêNCIA CONSTITUíDO POR AGULHA DE Aço INOXIDáVEL, ATRAUMÁTICA SILICONIZADA COM BISEL CURTO BIANGULADO E TRI FACETADO, DE AFIAçAO PRECISA, SEM REBARBAS E ARESTAS, CATETER EM BIOMATERIAL DE POLIURETANO FLEXíVEL, TRANSPARENTE (RADIOPACO) PROTETOR DE AGULHA, CATETER CONECTOR LUER LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO EM CORES DE ACORDO COM NBR ISSO 10555-5, COM RANHURAS PARA FIXAçAO, CÂMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, PERMITINDO RÁPIDA VISUALIZAçAO DO REFLUXO SANGUíNEO E TAMPA, FILTRO HIDRóFOBO, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE ACORDO COM NR 32. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE AO MÉTODO DE ESTERILIZAçAO QUE PERMITA A ABERTURA E TRANSFERêNCIA ASSéPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAçAO ATE O MOMENTO DO USO. ... DESCRIçAO COMPLETA VIDE EDITAL	1000	UNIDADE
3	Material		65.15.19.00114406-5 - CATETER, INTRAVASCULAR, PARA PUNçAO PERIFéRICA, Nº 20 G, DE MEDIA PERMANêNCIA, USO ÚNICO, ESTéRIL, DESCARTáVEL, ATÓXICO, APIROGêNICO, LIVRE DE LáTEX, LIVRE DE DEHP, AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA AUTO ACIONÁVEL, E QUE AS NORMAS DE SEGURANÇA ESTEJAM DE ACORDO COM A NR32. CONECTOR TIPO LUER, CONSTITUíDO POR AGULHA DE Aço INOXIDáVEL, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA COM BISEL BIANGULADO E TRI FACETADO, DE AFIAçAO PRECISA, SEM REBARBAS E ARESTAS, CATETER EM BIOMATERIAL DE POLIURETANO, CODIFICADO EM CORES DE ACORDO COM NBR ISO 10555-5, CÂMARA TRANSPARENTE PERMITINDO RÁPIDA VISUALIZAçAO DO REFLUXO SANGUíNEO CONTENDO VálVULA ANTI REFLUXO. EMBALAGEM PRIMARIA ACONDICIONADA DE ACORDO COM AS NORMAS DE EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATé O MOMENTO DE SUA UTILIZAçAO, PERMITINDO ABERTURA E TRANSFERêNCIA COM TéCNICA ADEQUADA; CONFORME RDC VIGENTE; ... DESCRIçAO COMPLETA VIDE EDITAL	1000	UNIDADE
4	Material		65.15.19.00100330-5 - CATETER, INTRAVASCULAR, PARA PUNçAO PERIFéRICO, Nº 22 G, DO TIPO POR FORA DA AGULHA, DE USO ÚNICO, ESTéRIL, DESCARTáVEL, ATÓXICO, APIROGêNICO, RADIOPACO, DE MEDIA PERMANêNCIA, CONSTITUíDO POR AGULHA DE Aço INOXIDáVEL, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA COM BISEL BIANGULADO E TRI FACETADO, DE AFIAçAO PRECISA, SEM REBARBAS E ARESTAS, CATETER EM BIOMETARIAL, COM ASAS FLEXíVEIS CODIFICADO EM CORES DE ACORDO COM NBR ISO 10555-5, COM EXTENSOR TRANSPARENTE E APIROGêNICO AOM CONEXÃO EM Y, CONTENDO TAMPA FILTRO NUMA EXTREMIDADE E UM SISTEMA DE ROSQUEAMENTO AUTO VEDANTE NA OUTRA. EMBALAGEM ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM A RDC 185/ANVISA, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DA SUA UTILIZAçAO, PERMITA A ABERTURA DE TRANSFERêNCIA COM TéCNICA ASSéPTICA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAçAO DO PRODUTO, Nº DE LOTE, VALIDADE DA ESTERILIZAçAO, DADOS DE IDENTIFICAçAO DO FABRICANTE, Nº DO REGISTRO DO MINISTéRIO DA SAÚDE. ... DESCRIçAO COMPLETA VIDE EDITAL	1000	UNIDADE

## Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
5	Material		65.10.11.00020757-8 - COMPRESSA, DE GAZE HIDRÓFILA, 4 X 4 CM, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, 100 % ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM 8 CAMADAS, 13 FIOS POR CM2, INODORA, INSIPIDA, ALVEJADA, ISENTE DE IMPUREZAS, AMIDO, GORDURA, CORANTE E COM ACABAMENTO LATERAL PARA EVITAR O DESFILAMENTO. EMBALAGEM: PACOTE COM 500 UNIDADES. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	5000	UNIDADE
6	Material		85.30.19.00124627-5 - FRALDA, DESCARTÁVEL, GERIÁTRICA, TAMANHO EXTRAGRANDE (EG), PARA PESO ACIMA DE 90 KG, UNISSEX, NÃO ESTÉRIL, ATÓXICA, ISENTE DE SUBSTÂNCIA ALERGÊNICA, SEM RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS, EMENDAS OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DEFEITO, COMPOSTA DE UMA CAPA DE TELA POLIMÉRICA, UM NÚCLEO ABSORVENTE COMPOSTO POR ALGODÃO HIDRÓFILO, POLPA DE CELULOSE VIRGEM E/OU MATERIAIS POLIMÉRICOS ABSORVENTES, FORMATO ANATÔMICO DE CINTURA AJUSTÁVEL, DOTADA DE AJUSTE PERFEITO A QUALQUER TIPO DE PACIENTE, CINTURA DE 110 CM A 155 CM, PODENDO VARIAR 10 CM PARA + OU PARA - NA MEDIDA MÍNIMA E/OU NA MEDIDA MÁXIMA, COM FLOCOS DE GEL SUPER ABSORVENTE DISTRIBUÍDO EM TODO O NÚCLEO, CAMADAS EXTERNAS E INTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS ENTRE SI, DEVE CONTER NO MÍNIMO TRÊS FIOS DE ELÁSTICO, TER ABSORÇÃO ADEQUADA A SUA FINALIDADE, DEVE APRESENTAR MACIEZ, SUPERFÍCIE UNIFORME, ... DESCRIÇÃO COMPLETA VIDE EDITAL	500	UNIDADE
7	Material		65.15.19.00070082-7 - EQUIPO, MACRO GOTAS, PARA SORO, COM DUAS ENTRADAS, TUBO EXTENSOR EM PVC COM NO MÍNIMO 1,80M DE COMPRIMENTO, INFUSÃO, FRASCO DE VIDRO OU AMPOLAS PLÁSTICAS, FILTRO HIDRÓFOBO, BACTERIOLÓGICO, COM TAMPA REVERSÍVEL, CÂMARA FLEXÍVEL, GOTAS, PINÇA ROLETE, INJETOR LATERAL. EMBALAGEM EM PAPEL, GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO.	3000	UNIDADE
8	Material		65.32.19.00102902-9 - LUVA, DE PROCEDIMENTO, TAMANHO M, NÃO ESTÉRIL, DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, APIOGENICA, VINIL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, ANTIDERRAPANTE, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE A TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 230 MM, E LARGURA MÍNIMA DE 95 MM COM VARIAÇÃO DE $\pm$ 10 MM, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,08 MM, LUBRIFICADA COM PÓ BIO ABSORVÍVEL ATÓXICO . EMBALAGEM PRIMÁRIA ACONDICIONADA EM CAIXA COM 100 UNIDADES, DE ACORDO COM AS NORMAS DE EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITINDO ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA E APIOGENICA; A EMBALAGEM PRIMÁRIA DEVE CONTER INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, TAIS COMO: TAMANHO DA LUVA, NOME DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO; A EMBALAGEM SECUNDÁRIA DEVE SER CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATÉ O MOMENTO DO USO; ... DESCRIÇÃO COMPLETA VIDE EDITAL.	100	CAIXA

## Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
9	Material		65.32.19.00102899-5 - LUVA, DE PROCEDIMENTO, TAMANHO G, NÃO ESTÉRIL, DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, APIROGENICA, VINIL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, ANTIDERRAPANTE, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE A TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 230 MM, E LARGURA MÍNIMA DE 111 MM COM VARIAÇÃO DE $\pm$ 10 MM, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,08 MM, LUBRIFICADA COM PÓ BIO ABSORVÍVEL ATÓXICO. EMBALAGEM PRIMARIA ACONDICIONADA EM CAIXA COM 100 UNIDADES , DE ACORDO COM AS NORMAS DE EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITINDO ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA E APIROGENICA; A EMBALAGEM PRIMARIA DEVE CONTER INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, TAIS COMO: TAMANHO DA LUVA, NOME DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO; A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVE SER CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATÉ O MOMENTO DO USO; ... DESCRIÇÃO COMPLETA VIDE EDITAL	40	CAIXA
10	Material		65.32.19.00069694-3 - MÁSCARA, CIRÚRGICA, DESCARTÁVEL, SIMPLES, DE USO HOSPITALAR, GRAMATURA MÍNIMA DE 30G/M <sup>2</sup> , CONFECCIONADA EM FIBRAS DE NÃO TECIDO (TNT), ANATÔMICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MODELO RETANGULAR, PREGAS HORIZONTAIS, COM ELÁSTICO COM COMPRIMENTO ADEQUADO PARA FIXAÇÃO, DOTADA DE CLIPS NASAL EMBUTIDO ULTRALEVE, CONSTITUÍDA POR DUAS CAMADAS DE FIBRAS SINTÉTICAS REPELENTES A LÍQUIDO, HIPOALERGENICO, ATÓXICA, INODORA, MALEÁVEL E RESISTENTE, LIVRES DE MICRO PARTÍCULAS E FIAPOS DE EMENDAS, MANCHAS, FUROS OU QUALQUER DEFEITO, AS BORDAS DEVEM SER POR SISTEMA DE SOLDAGEM. EMBALAGEM: CAIXA COM 50 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NA ANVISA.	600	UNIDADE
11	Material		65.15.19.00008141-8 - SERINGA DE 10 ML, SEM AGULHA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, ATÓXICA, APIROGENICA, CILINDRO RETO, SILICONIZADO, PAREDE UNIFORME, ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA E DESPRENDIMENTO DO EMBULO CILINDRO, BICO COM ROSCA QUE GARANTA CONEXÕES SEGURAS, FLANGE QUE DE APOIO AOS DEDOS, EMBULO COM PISTÃO LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO, COM GRADUAÇÃO EM ML, NÚMEROS E TRAÇOS LEGÍVEIS. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	16000	UNIDADE
12	Material		65.15.19.00118938-7 - DISPOSITIVO TIPO SCALPE, EM AÇO INOX, PARA PUNÇÃO SANGUÍNEA, ESTÉRIL, COM ADAPTADOR LUER E COM TRAVA DE SEGURANÇA, EXTENSÃO MÍNIMA DE 19 CM DE COMPRIMENTO, PARA USO EM COLETAS A VÁCUO, DIÂMETRO 21 G (19 X 0,8 MM), COMPATÍVEL A ADAPTADOR UNIVERSAL DE HEMOCULTURA; ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA ROTULADAS CONFORME RDC 185/01/ANVISA. O PRODUTO DEVE OBEDECER À LEGISLAÇÃO VIGENTE E INERENTE AO MESMO.	2000	UNIDADE

## Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
13	Material		<p>65.15.1900098611-9 - CATETER, PARA PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA Nº. 19, DE CURTA PERMANÊNCIA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, AGULHA EM AÇO INOX, SILICONIZADA, BISEL BIANGULADO, TRI FACETADO, AFIADO, COM PROTETOR DE AGULHA TRANSPARENTE, ASAS COM FORMATO BORBOLETA, FLEXÍVEL, COM O NUMERO DA AGULHA, TUBO EXTENSOR EM PVC, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM + OU - 30 CM DE COMPRIMENTO, RESISTENTE A DOBRA E CONECTOR LUER-LOK COM TAMPA ENROSCADA, CODIFICADO</p> <p>EM CORES DE ACORDO COM NBR ISSO 10555-5. EMBALAGEM: ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM RDC 185/ANVISA SOBRE NORMAS DE EMBALAGEM, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DA SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, Nº. DE LOTE, TEMPO DE VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO DE, NO MÍNIMO, DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DE ESTERILIZAÇÃO, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, Nº. DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ... DESCRIÇÃO COMPLETA VIDE EDITAL</p> <p>65.10.19.00106335-9 - COMPRESSA, DE GAZE 100% ALGODÃO, ESTÉRIL, DE USO ÚNICO DESCARTÁVEL, HIDRÓFILA, DOBRADAS PARA DENTRO, ACABAMENTO NAS LATERAIS, MALHA ENTRELAÇADA, DIMENSÕES FECHADA DE 7,5 X 7,5CM, DIMENSÕES ABERTAS 7,5X30CM DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM2. SEGUIR NBR 13843. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PRIMÁRIA: PACOTES COM 20 UNIDADES, ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS DE EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO</p>	5000	UNIDADE
14	Material		<p>ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITINDO ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, ESTÉRIL E APIROGENÉTICA; A EMBALAGEM PRIMÁRIA DEVE CONTER INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, TAIS COMO: NOME DO FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO, MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO; A EMBALAGEM SECUNDÁRIA DEVE SER CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATE O MOMENTO DO USO; ... DESCRIÇÃO COMPLETA VIDE EDITAL.</p>	5000	UNIDADE
15	Material		<p>65.32.19.00113017-0 - LUVA, CIRÚRGICA, ESTÉRIL, LIVRE DE LÁTEX NATURAL, CONFECCIONADA EM POLISOPRENO OU POLICLOROPRENO, LIVRE DE PÓ, HIPOALERGENICA, ALTA RESISTÊNCIA, ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO 7,0. EMBALAGEM: EMBALAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DE EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITINDO ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA; O ROTULO IMPRESSO DEVE ESTAR APLICADO</p> <p>DIRETAMENTE SOBRE A EMBALAGEM PRIMÁRIA, DEVENDO CONTER AS SEGUINTEIS INFORMAÇÕES, ESCRITAS NO IDIOMA EM PORTUGUÊS: NOME DO FABRICANTE, NOME E MARCA DO PRODUTO, CÓDIGO DO LOTE (PRECEDIDO DA PALAVRA "LOTE"), DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, Nº DO REGISTRO NA ANVISA /MS (PRECEDIDO DA PALAVRA "ANVISA"); A EMBALAGEM SECUNDÁRIA DEVE SER CONFORME PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATE O MOMENTO DO USO. ... DESCRIÇÃO COMPLETA VIDE EDITAL.</p>	100	UNIDADE
16	Material		<p>65.32.19.00099579-7 - TOUCA, DESCARTÁVEL, EM POLIPROPILENO, GRAMATURA DE 20 G/M2, ELÁSTICO EM TODA VOLTA, DIÂMETRO MÍNIMO DE 45 CM. EMBALAGEM CAIXA COM 100 UNIDADES. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO.</p>	692	CAIXA

## Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
17	Material		66.85.00.00170072-3 - TERMOHIGROMETRO, INDICADOR DE TEMPERATURAS EXTERNAS E INTERNAS E UMIDADE INTERNA. INDICA TEMPERATURA INTERNA/ EXTERNA SIMULTANEAMENTE E UMIDADE RELATIVA DO AR INTERNA EM DISPLAY DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. FUNÇÃO MÁXIMA E MÍNIMA E CHAVE C/ F. COMANDO MÁXIMO, MÍNIMO E RESET UNIFICADO CABO COM PONTA DE INOX DE 2,80M.	20	UNIDADE
18	Material		85.30.19.00124629-1 - FRALDA, DESCARTÁVEL, GERIÁTRICA, TAMANHO MÉDIO (M), PARA PESO ATÉ 40 A 70 KG, UNISSEX, NÃO ESTÉRIL, ATÓXICA, ISENTE DE SUBSTÂNCIA ALERGÊNICA, SEM RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS, EMENDAS OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DEFEITO, COMPOSTA DE UMA CAPA DE TELA POLIMÉRICA, UM NÚCLEO ABSORVENTE COMPOSTO POR ALGODÃO HIDRÓFILO, POLPA DE CELULOSE VIRGEM E/OU MATERIAIS POLIMÉRICOS ABSORVENTES, FORMATO ANATÔMICO DE CINTURA AJUSTÁVEL, DOTADA DE AJUSTE PERFEITO A QUALQUER TIPO DE PACIENTE, CINTURA DE 70 A 105 CENTÍMETROS, PODENDO VARIAR 10 CM PARA + OU PARA - NA MEDIDA MÍNIMA E/OU NA MEDIDA MÁXIMA, COM FLOCOS DE GEL SUPER ABSORVENTE DISTRIBUÍDO EM TODO O NÚCLEO, CAMADAS EXTERNAS E INTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS ENTRE SI, DEVE CONTER NO MÍNIMO TRÊS FIOS DE ELÁSTICO, TER ABSORÇÃO ADEQUADA A SUA FINALIDADE, DEVE APRESENTAR MACIEZ, SUPERFÍCIE UNIFORME, LIVRE DE EMPELOTAMENTO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DEFEITOS, ... DESCRIÇÃO COMPLETA VIDE EDITAL	200	UNIDADE
19	Material		65.32.19.00126256-4 - LUVA, DE PROCEDIMENTO, TAMANHO M, NÃO ESTÉRIL, DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, APIROGENICA, EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE A TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA, COM PÓ. APRESENTAÇÃO: EM CAIXA COM 100 UNIDADES CONTENDO INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO E MARCA. EMBALAGEM PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE ACORDO COM AS NORMAS DE EMBALAGEM VIGENTE. APRESENTAR REGISTRO ANVISA E CA. O PRODUTO DEVE OBEDECER À LEGISLAÇÃO VIGENTE.	200	CAIXA
20	Material		65.15.19.00121151-0 - SONDA, URETRAL, N. 12, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, MALEÁVEL, EM PVC, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA. DEVERÁ APRESENTAR REGISTRO ANVISA. EMBALAGEM INDIVIDUAL PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA ROTULADAS CONFORME A RDC 185/01/ANVISA. O PRODUTO DEVE OBEDECER A QUALQUER LEGISLAÇÃO VIGENTE QUE SEJA INERENTE AO MESMO.	30	UNIDADE
21	Material		65.15.19.00121152-8 - SONDA, URETRAL, N. 14, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, MALEÁVEL, EM PVC, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONADA, COM CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA. DEVERÁ APRESENTAR REGISTRO ANVISA. EMBALAGEM INDIVIDUAL PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA ROTULADAS CONFORME A RDC 185/01/ANVISA. O PRODUTO DEVE OBEDECER A QUALQUER LEGISLAÇÃO VIGENTE QUE SEJA INERENTE AO MESMO.	30	UNIDADE

## Anexos da Licitação

---

**Link:**      **Nome:**

[BAIXAR](#)      Edital-13937032000160-1080418.pdf