

Dados da Licitação

ID Effecti:	Pregão SRP:	Pregão:	Uasg:	UF:
6934512	SIM	626/2025/2025	6765467894367624277	BAHIA
Modalidade:	Data de Publicação:	Data Inicial:	Data Final:	Link:
PREGÃO ELETRÔNICO	14/10/2025 18:30:32	31/10/2025 09:00:00	04/11/2025 10:00:00	ACESSAR
Portal:	PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - PNCP			
Órgão:	ESTADO DA BAHIA			
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO-HOSPITALAR E DE INSUMOS DE RADIODIAGNÓSTICO POR IMAGEM (CURATIVO, CANULA ETC), PARA COMPOR O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO.			

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
1		Material	CURATIVO, DE MEMBRANA NATURAL (CELULOSE BACTERIANA), OBTIDA ATRAVES DE PROCESSOS BIOTECNOLOGICOS, PARA REGENERACAO E RECONSTRUCAO TECIDUAL, ESTERIL, DE USO UNICO, DESCARTÁVEL, ATOXICO, HIPOALERGENICO, DE USO EXTERNO, NAO ADERENTE, DIMENSOES DE 10 X 7,5 CM, PODENDO VARIAR PARA + OU - 1CM, COM POROS NAS DIMENSOES DE 1 A 2MM. EMBALAGEM ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM RDC185/ ANVISA SOBRE NORMAS DE EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTOATE O MOMENTO DA SUA UTILIZACAO, PERMITA ABERTURA E TRANSPARENCIA COM TECNICA ASSEPTICA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO NUMERO DE LOTE TEMPO DE VALIDADE DA ESTERILIZACAO DE NO MINIMO DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DE ESTERILIZACAO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. NA ENTREGA O PRODUTO DEVE TER O PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES	2470	UNIDADE

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
2	Material		CANULA, ENDOTRAQUEAL, Nº 6.5, DESCARTAVEL, ESTERIL, ATOXICA, EM PVC, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, COM CUFF OPACO, BALAO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO, CONECTOR SEMI-MONTADO, PONTA ATRAUMATICA RETRAIDA, LINHA RADIOPACA CONTINUA, MARCAS GRADUADAS INDICATIVAS DE PROFUNDIDADE PELO CORPO DA CANULA E CALIBRE MARCADO EM UM SO LOCAL. EMBALAGEM PRIMARIA ACONDICIONADA DE ACORDO COM AS NORMAS DE EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO, PERMITINDO ABERTURA E TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA; CONFORME RDC 185/2001; O ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E/OU O PROPRIO PRODUTO DEVE CONTER INFORMACOES DE IDENTIFICACAO E CARACTERISTICAS DO PRODUTO, TAIS COMO: NOME DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO, METODO DE ESTERILIZACAO, VALIDADE DA ESTERILIZACAO; NOME DO RESPONSAVEL TECNICO, REGISTRO ANVISA/MS; A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVE SER CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATE	1430	UNIDADE
3	Material		PROTETOR, OCULAR, PARA FOTOTERAPIA NEONATAL, BLOQUEADOR DA LUZ, MATERIAL ALGODAO, HIPOALERGENICO, ATOXICO , AJUSTAVEL, FIXACAO EM VELCRO, TAMANHO G. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE NA ANVISA.	3820	UNIDADE
4	Material		PROTETOR, OCULAR, PARA FOTOTERAPIA NEONATAL, BLOQUEADOR DA LUZ, MATERIAL ALGODAO, HIPOALERGENICO, ATOXICO , AJUSTAVEL, FIXACAO EM VELCRO, TAMANHO M. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE NA ANVISA.	4350	UNIDADE
5	Material		PROTETOR, OCULAR, PARA FOTOTERAPIA NEONATAL, BLOQUEADOR DA LUZ, MATERIAL ALGODAO, HIPOALERGENICO, ATOXICO , AJUSTAVEL, FIXACAO EM VELCRO, TAMANHO P. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE NA ANVISA.	3540	UNIDADE
6	Material		MANDRIL, PARA INTUBACAO TRAQUEAL, ADULTO, ADAPTAVEL A SONDA, FABRICADO EM MATERIAL FLEXIVEL, COM BOTAO DE REGULAGEM. DEVERA APRESENTAR REGISTRO ANVISA. EMBALAGEM INDIVIDUAL PRIMARIA E SECUNDARIA ROTULADAS CONFORME A RDC 185/01/ANVISA. O PRODUTO DEVE OBEDECER A QUALQUER LEGISLACAO VIGENTE QUE SEJA INERENTE AO MESMO.	180	UNIDADE
7	Material		SONDA, URETRAL, N. 08, DESCARTAVEL, ESTERIL, ATOXICA, MALEAVEL, EM PVC, TRANSPARENTE, ATRAUMATICA, SILICONADA, CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA . DEVERA APRESENTAR REGISTRO ANVISA. EMBALAGEM INDIVIDUAL PRIMARIA E SECUNDARIA ROTULADAS CONFORME A RDC 185/01/ANVISA. O PRODUTO DEVE OBEDECER A QUALQUER LEGISLACAO VIGENTE QUE SEJA INERENTE AO MESMO.	19380	UNIDADE

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
8	Material		CURATIVO, DE MEMBRANA NATURAL (CELULOSE BACTERIANA), OBTIDA ATRAVES DE PROCESSOS BIOTECNOLOGICOS, PARA REGENERACAO E RECONSTRUCAO TECIDUAL, ESTERIL, DE USO UNICO, DESCARTÁVEL, ATOXICO, HIPOALERGENICO, DE USO EXTERNO, NAO ADERENTE, DIMENSOES DE 10 X 7,5 CM, PODENDO VARIAR PARA + OU - 1CM, COM POROS NAS DIMENSOES DE 1 A 2MM. EMBALAGEM ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM RDC185/ ANVISA SOBRE NORMAS DE EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DA SUA UTILIZACAO, PERMITA ABERTURA E TRANSPARENCIA COM TECNICA ASSEPTICA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO NUMERO DE LOTE TEMPO DE VALIDADE DA ESTERILIZACAO DE NO MINIMO DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DE ESTERILIZACAO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. NA ENTREGA O PRODUTO DEVE TER O PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES	780	UNIDADE

Anexos da Licitação

Link: Nome:

[BAIXAR](#) Edital-13937032000160-1080532.pdf