



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA SAÚDE

DIRETORIA DE LICITAÇÕES

1.1.1 As especificações do objeto obedecerão às condições e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e Habilitação (TR/Habilitação), observado o disposto na tabela abaixo.

Participação	Lote	Código SIMPAS	Descrição	Unidade de Fornecimento (UF)	Quantitativo	Prazo de entrega
Restrita ME/EPP	01	65.10.19.00014637-4		RI	4.720	20 dias
ATADURA, de Smarch, de borracha natural, dimensoes 10 cm x 2 m. Embalagem em rolo, contendo dados de identificacao do produto, marca do fabricante, lote, data de fabricacao, prazo de validade.						
Participação	Lote	Código SIMPAS	Descrição	Unidade de Fornecimento (UF)	Quantitativo	Prazo de entrega
Ampla participação	02	65.10.19.00108071-7		UN	1.935	20 dias
CURATIVO, nao aderente, esteril, composto por uma tela tecido ou em malha, impregnada com emulsao de petrollatum, solivel em agua, em formato de rolo, para cobertura primaria de feridas abertas, dimensoes 15 cm (podendo variar em ate + 3 cm) x 200 cm (podendo variar em ate + 50 cm). Embalagem primaria acondicionada de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilizacao, permitindo abertura e transferencia com tecnica adequada; conforme RDC 185/2001; o rotulo da embalagem primaria e/ou o proprio produto deve conter informacoes de identificacao e caracteristicas do produto, tais como: nome do fabricante, lote, data de fabricacao, data de validade do produto, nome do responsavel tecnico, registro ANVISA/MS; a embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento ate o momento do uso; o produto deve obedecer a qualquer legislacao que seja inerente ao mesmo. Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA.						
Participação	Lote	Código SIMPAS	Descrição	Unidade de Fornecimento (UF)	Quantitativo	Prazo de entrega



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA SAÚDE

DIRETORIA DE LICITAÇÕES

Restrita ME/ EPP	03	65.10.19.00111032 -2		UN	2.460	20 dias
---------------------	----	-------------------------	--	----	-------	---------

CURATIVO, em silicone, especificacoes minimas: Formado por uma camada de silicone na superficie de contato, uma camada de espuma macia absorvente de poliuretano ou de tecnologia similar e uma pelicula externa impermeavel a agua, permitindo trocas gasosas, hipoalergenico, flexivel, com adesao suave, remocao atraumatico, nao adere a superficies umidas, esteril, de uso unico descartavel, dimensoes 7,5 x 7,5cm , podendo variar para + ou menos 1cm. Embalagem acondicionada individualmente de acordo com RDC185/ ANVISA sobre normas de embalagem que garanta a integridade do produto ate o momento da sua utilizacao, permita abertura e transferencia com tecnica asseptica, constando externamente dados de identificacao do produto numero de lote tempo de validade da esterilizacao de no minimo dois anos a partir da data de esterilizacao dados de identificacao do fabricante, numero de registro no Ministerio da Saude. Na entrega o produto deve ter o prazo de validade de no minimo 12 meses

Participação	Lote	Código SIMPAS	Descrição	Unidade de Fornecimento (UF)	Quantitativo	Prazo de entrega
Ampla participação	04	65.10.19.00128605 -6		UN	8.775	20 dias

CINZA

CURATIVO, com bordas, formado por uma camada auto-adesiva de silicone, para remocao atraumatica, camada de absorcao formada por uma espuma de poliuretano e camada de retencao composta por particulas de celulose que transformam o exsudato absorvido em gel. Pelicula externa impermeavel a agua, permitindo trocas gasosas, hipoalergenico, flexivel, esteril, de uso unico, dimensoes 17,5 x 17,5 cm, com formatos regulares, podendo variar para + ou menos 2 cm. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, tipo de esterilizacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.

Participação	Lote	Código SIMPAS	Descrição	Unidade de Fornecimento (UF)	Quantitativo	Prazo de entrega
Restrita ME/ EPP	05	65.15.19.00112514 -1		UN	5.760	20 dias

FIO, para sutura, de uso unico, em polipropileno azul, Nº 1, com 70 cm de comprimento (podendo variar em + ou - 5 cm), encastoad com 01 agulha de ponta conica, corpo cilindrico, 1/2 circulo com 4 cm de comprimento (podendo variar em + ou - 2 mm), para fechamento geral. Embalagem primaria acondicionada individualmente de acordo com as normas de embalagem que garanta a



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA SAÚDE

DIRETORIA DE LICITAÇÕES

integridade do produto ate o momento de sua utilizacao, permitindo abertura e transferencia com tecnica asseptica, esteril e apirogenica. A embalagem primaria deve conter informacoes de identificacao e caracteristicas do produto, tais como: nome do fabricante, lote, data de fabricação e data de validade. A embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento ate o momento do uso. O produto deve obedecer a qualquer legislacao que seja inerente ao mesmo. Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA.

Participação	Lote	Código SIMPAS	Descrição	Unidade de Fornecimento (UF)	Quantitativo	Prazo de entrega
Ampla participação	06	65.15.19.00114406-5		UN	313.680	20 dias

cinza

CATETER, intravascular, para puncao periferica, nº 20 G, de media permanencia, uso unico, esteril, descartavel, atoxico, apirogenico, livre de latex, livre de DEHP, agulha com dispositivo de segurança auto acionavel, e que as normas de Seguranca estejam de acordo com a NR32. conector tipo luer, constituido por agulha de aco inoxidavel, atraumatica, siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, de afiacao precisa, sem rebarbas e arestas, cateter em biomaterial de poliuretano, codificado em cores de acordo com NBR ISO 10555-5, camara transparente permitindo rapida visualizacao do refluxo sanguineo contendo valvula anti refluxo. Embalagem primaria acondicionada de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilizacao, permitindo abertura e transferencia com tecnica adequada;conforme RDC vigente;o rotulo da embalagem primaria e/ou o proprio produto deve conter informacoes de identificacao e caracteristicas do produto, tais como: nome do fabricante, lote, data de fabricacao, data de validade do produto, metodo de esterilizacao, validade da esterilizacao; nome do responsavel tecnico, registro ANVISA/MS; a embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso; o produto deve obedecer a qualquer legislacao que seja inerente ao mesmo. Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA. Na entrega do produto deve ter prazo de validade de no minimo 12 meses.

Participação	Lote	Código SIMPAS	Descrição	Unidade de Fornecimento (UF)	Quantitativo	Prazo de entrega
Restrita ME/EPP - Cota reservada	07	65.10.19.00108071-7		UN	645	20 dias



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA SAÚDE

DIRETORIA DE LICITAÇÕES

25%						
<p>CURATIVO, nao aderente, esteril, composto por uma tela tecido ou em malha, impregnada com emulsao de petrollatum, solivel em agua, em formato de rolo, para cobertura primaria de feridas abertas, dimensoes 15 cm (podendo variar em ate + 3 cm) x 200 cm (podendo variar em ate + 50 cm).</p> <p>Embalagem primaria acondicionada de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilizacao, permitindo abertura e transferencia com tecnica adequada; conforme RDC 185/2001; o rotulo da embalagem primaria e/ou o proprio produto deve conter informacoes de identificacao e caracteristicas do produto, tais como: nome do fabricante, lote, data de fabricacao, data de validade do produto, nome do responsavel tecnico, registro ANVISA/MS; a embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento ate o momento do uso; o produto deve obedecer a qualquer legislacao que seja inerente ao mesmo. Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA.</p>						
Participação	Lote	Código SIMPAS	Descrição	Unidade de Fornecimento (UF)	Quantitativo	Prazo de entrega
Restrita ME/ EPP - Cota reservada 25%	08	65.10.19.00128605 -6		UN	2.925	20 dias
<p>CURATIVO, com bordas, formado por uma camada auto-adesiva de silicone, para remocao atraumatica, camada de absorcao formada por uma espuma de poliuretano e camada de retencao composta por particulas de celulose que transformam o exsudato absorvido em gel. Pelicula externa impermeavel a agua, permitindo trocas gasosas, hipoalergenico, flexivel, esteril, de uso unico, dimensoes 17,5 x 17,5 cm, com formatos regulares, podendo variar para + ou menos 2 cm. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, tipo de esterilizacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.</p>						
Participação	Lote	Código SIMPAS	Descrição	Unidade de Fornecimento (UF)	Quantitativo	Prazo de entrega
Restrita ME/ EPP - Cota reservada 25%	09	65.15.19.00114406 -5		UN	104.560	20 dias



ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA SAÚDE

DIRETORIA DE LICITAÇÕES

CATETER, intravascular, para puncao periferica, nº 20 G, de media permanencia, uso unico, esteril, descartavel, atoxico, apirogenico, livre de latex, livre de DEHP, agulha com dispositivo de segurança auto acionavel, e que as normas de Seguranca estejam de acordo com a NR32. conector tipo luer, constituido por agulha de aco inoxidavel, atraumatica, siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, de afiacao precisa, sem rebarbas e arestas, cateter em biomaterial de poliuretano, codificado em cores de acordo com NBR ISO 10555-5, camara transparente permitindo rapida visualizacao do refluxo sanguineo contendo valvula anti refluxo. Embalagem primaria acondicionada de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilizacao, permitindo abertura e transferencia com tecnica adequada;conforme RDC vigente;o rotulo da embalagem primaria e/ou o proprio produto deve conter informacoes de identificacao e caracteristicas do produto, tais como: nome do fabricante, lote, data de fabricacao, data de validade do produto, metodo de esterilizacao, validade da esterilizacao; nome do responsavel tecnico, registro ANVISA/MS; a embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso; o produto deve obedecer a qualquer legislacao que seja inerente ao mesmo. Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA. Na entrega do produto deve ter prazo de validade de no minimo 12 meses.

1.1.2 As especificações do objeto constam:

(x) da descrição (x) acima () abaixo: () do anexo integrante deste TR/Habilitação

1.1.2.1 As características descritas pelas licitantes devem guardar compatibilidade com as especificações exigidas neste TR, devendo o produto ou componente ofertado ser claramente descrito de forma visual e/ou escrita.

1.1.2.1.1 As descrições e/ou materiais informativos utilizados nas especificações dos produtos cotados, se forem vertidos em idioma diverso do nacional, deverão ser apresentados com tradução para o português, ressalvados os termos técnicos cuja compreensão seja usual.

1.1.2.1.2 As características devem ser comprovadas através de:

(x) documentos de domínio público emitidos pelo fabricante

(x) catálogos

(x) manuais

(x) fichas de especificação técnica

(x) páginas da internet