



ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DA SAÚDE  
DIRETORIA DE LICITAÇÕES

**TERMO DE REFERÊNCIA E HABILITAÇÃO (TR/HABILITAÇÃO)**

AQUISIÇÃO DE BENS DA ÁREA DA SAÚDE (GRUPO I)

- (X) LICITAÇÃO  
( ) CONTRATAÇÃO DELEGADA  
( x ) SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Administrativo nº [019.15567.2025.0170690-92](#)

**1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO**

1.1 Objeto:

**GRUPO I**

Família: 65.10 / 65.15

- ( ) Aquisição de medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos para assistência farmacêutica  
( ) Aquisição de fórmulas alimentares especiais  
( ) Aquisição de material químico, bioquímico e de laboratório sem comodato de equipamento  
( ) Aquisição de material químico, bioquímico e de laboratório com comodato de equipamento  
( x ) Aquisição de material de consumo médico-hospitalar e de insumos de radiodiagnóstico por imagem

---

1.1.1 As especificações do objeto obedecerão as condições e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e Habilitação (TR/Habilitação), observado o disposto na tabela abaixo.

Participação	Lote	Código SIMPAS	Descrição	Unidade de Fornecimento (UF)	Quantitativo	Prazo de entrega
Restrita ME/EPP	01	65.10.19.00111026-8		UN	2.630	20 dias
CURATIVO, em silicone, especificações mínimas: Formado por uma camada de silicone na superfície de						



ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DA SAÚDE  
DIRETORIA DE LICITAÇÕES

contato, uma camada de espuma macia absorvente de poliuretano ou de tecnologia similar e uma pelicula externa impermeavel a agua, permitindo trocas gasosas, hipoalergenico, flexivel, com adesao suave, remocao atraumatico, nao adere a superficies umidas, esteril, de uso unico descartavel, dimensoes 10 x 20cm , podendo variar para + ou menos 2cm. Embalagem acondicionada individualmente de acordo com RDC185/ ANVISA sobre normas de embalagem que garanta a integridade do produto ate o momento da sua utilizacao, permita abertura e transferencia com tecnica asseptica, constando externamente dados de identificacao do produto numero de lote tempo de validade da esterilizacao de no minimo dois anos a partir da data de esterilizacao dados de identificacao do fabricante, numero de registro no Ministerio da Saude. Na entrega o produto deve ter o prazo de validade de no minimo 12 meses

Participação	Lote	Código SIMPAS	Descrição	Unidade de Fornecimento (UF)	Quantitativo	Prazo de entrega
Ampla participação	02	65.10.19.00116051-6		CX	4.902	20 dias

NT

COMPRESSA, neurologica, dimensoes 25 mm x 25 mm, podendo variar para +/- 1cm, descartavel, radiopaco, esteril, de uso unico, descartavel, em rayon com fio de seguranca poroso com alto poder de absorcao e resistente.

Acondicionadas em caixa com blister, contendo 10 unidades . Embalagem e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA. O produto deve obedecer a qualquer legislacao que seja inerente ao mesmo

Participação	Lote	Código SIMPAS	Descrição	Unidade de Fornecimento (UF)	Quantitativo	Prazo de entrega
Ampla participação	03	65.15.19.00016414-3		UN	45.410	20 dias

NC

CATETER, nasal, para oxigenio, tipo oculos, descartavel, uso infantil. Embalagem individual, em blister rígido e papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em petala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. **MADALENE VAI FICAR FORA**

Participação	Lote	Código SIMPAS	Descrição	Unidade de Fornecimento (UF)	Quantitativo	Prazo de entrega
Ampla participação	04	65.15.19.00101869-8		UN	114.136	20 dias

BQ

SERINGA, de 60 ml, sem agulha, descartável, esteril, em polipropileno, transparente, atóxica, bico tipo rosca (luer lock), atóxica, apirogênica, com anel de retenção que impede o desprendimento do embolo cilíndrico e que garanta conexões seguras, flange com formato adequado, embolo com pistão lubrificado e ajustado ao cilindro.

Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em petala, deverá estar impresso: dados de identificação do produto, origem, lote e data de fabricação, prazo de validade, tipo de esterilização e registro no Ministério da Saúde.

Participação	Lote	Código SIMPAS	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantitativo	Prazo de



ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DA SAÚDE  
DIRETORIA DE LICITAÇÕES

				(UF)		entrega
Restrita ME/ EPP - Cota reservada - 24%	05	65.10.19.00116051- 6		CX	1.548	20 dias
<p>COMPRESSA, neurologica, dimensoes 25 mm x 25 mm, podendo variar para +/- 1cm, descartavel, radiopaco, esteril, de uso único, descartavel, em rayon com fio de segurança poroso com alto poder de absorcao e resistente.</p> <p>Acondicionadas em caixa com blister, contendo 10 unidades . Embalagem e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA. O produto deve obedecer a qualquer legislacao que seja inerente ao mesmo</p>						
Participação	Lote	Código SIMPAS	Descrição	Unidade de Fornecimento (UF)	Quantitativo	Prazo de entrega
Restrita ME/ EPP - Cota reservada - 24%	06	65.15.19.00016414- 3		UN	14.340	20 dias
<p>CATETER, nasal, para oxigenio, tipo oculos, descartavel, uso infantil.</p> <p>Embalagem individual, em blister rigido e papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, tipo de esterilizacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.</p>						
Participação	Lote	Código SIMPAS	Descrição	Unidade de Fornecimento (UF)	Quantitativo	Prazo de entrega
Restrita ME/ EPP - Cota reservada - 20%	07	65.15.19.00101869- 8		UN	28.534	20 dias
<p>SERINGA, de 60 ml, sem agulha, descartavel, esteril, em polipropileno, transparente, atoxica, bico tipo rosca (luer lock), atoxica, apirogenica, com anel de retencao que impeca o despreendimento do embolo cilindrico e que garanta conexoes seguras, flange com formato adequado, embolo com pistao lubrificado e ajustado ao cilindro.</p> <p>Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala, devera estar impresso: dados de identificacao do produto, origem, lote e data de fabricacao, prazo de validade, tipo de esterilizacao e registro no Ministerio da Saude.</p>						

1.1.2 As especificações do objeto constam:

( x ) da descrição ( x ) acima ( ) abaixo: ( ) do anexo integrante deste TR/Habilitação

1.1.2.1 As características descritas pelas licitantes devem guardar compatibilidade com as especificações exigidas neste TR, devendo o produto ou componente ofertado ser claramente descrito de forma visual e/ou escrita.