

Dados da Licitação

| | | | | |
|--------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------------|
| ID Effecti: | Pregão SRP: | Pregão: | Uasg: | UF: |
| 7069458 | SIM | 709/2025/2025 | 6765467894367624277 | BAHIA |
| Modalidade: | Data de Publicação: | Data Inicial: | Data Final: | Link: |
| PREGÃO ELETRÔNICO | 18/11/2025 18:30:50 | 03/12/2025 09:00:00 | 05/12/2025 10:00:00 | ACESSAR |
| Portal: | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - PNCP | | | |
| Órgão: | ESTADO DA BAHIA | | | |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO-HOSPITALAR E DE INSUMOS DE RADIODIAGNÓSTICO POR IMAGEM (CURATIVO, FIO ETC), PARA COMPOR O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO. | | | |

Itens da Licitação

| Grupo: | Código: | Tipo: | Objeto: | Qtde: | Unid: |
|---------------|----------------|--------------|---|--------------|--------------|
| | 1 | Material | CURATIVO, PRIMARIO, ESTERIL, FLEXIVEL E ADAPTAVEL, NAO ADERENTE, TAMANHO 10X12 CM, COMPOSTO POR UMA REDE TEXTIL DE POLIESTER FORMADA POR CARBOXIMETILCELULOSE, PARTICULAS LIPOFÍLICAS E PRATA. REGISTRO ANVISA. EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA ROTULADAS CONFORME RDC 185/01/ANVISA. O PRODUTO DEVE OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE E INERENTE AO MESMO. | 2904 | UNIDADE |
| | 2 | Material | FIO, PARA SUTURA, ESTERIL, DE USO UNICO, EM POLIGLACTINA 910 OU ACIDO POLIGLICOLICO, Nº 2-0, COR VIOLETA, REVESTIDO COM ESTEARATO DE CALCIO, COM 70 CM DE COMPRIMENTO (VARIACAO DE + OU - 5 CM), ENCASTOADO COM 01 AGULHA DE PONTA CONICA, CORPO CILINDRICO, 1/2 CIRCULO E 4,0 CM DE COMPRIMENTO (VARIACAO DE ATE + OU - 2 MM), PARA FECHAMENTO GERAL. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS DE EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO, PERMITINDO ABERTURA E TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA, ESTERIL E APIROGENICA; A EMBALAGEM PRIMARIA DEVE CONTER INFORMACOES DE IDENTIFICACAO E CARACTERISTICAS DO PRODUTO, TAIS COMO: NOME DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO, METODO DE ESTERILIZACAO, VALIDADE DA ESTERILIZACAO; A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVE SER CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATÉ O MOMENTO DO USO; O PRODUTO DEVE OBEDECE | 14250 | UNIDADE |

Itens da Licitação

| Grupo: | Código: | Tipo: | Objeto: | Qtde: | Unid: |
|---------------|----------------|--------------|--|--------------|--------------|
| 3 | Material | | BOLSA, PARA OSTOMIAS, TAMANHO PEQUENO(P), RECORTAVEL DE 104MM A 159MM, PARA DRENAGEM DE FISTULA ABDOMINAL, QUE PERMITA A ABERTURA E O FECHAMENTO SEM VAZAMENTO. COMPOSTA DE DISPOSITIVO DE DRENAGEM DE 2 VIAS, PLACA HIDROCOLOIDE RECORTAVEL E ADESIVA, DISPOSITIVO DE CONFORTO E SEGURANCA QUE NAO PERMITE O CONTATO DA PARTE SUPERIOR COM A FERIDA. ACOMPANHA MEDIDOR, PROTETOR PLASTICO PARA DEMARCACAO, BOMBA PARA INFLAR E JANELA .EMBALAGEM PRIMARIA ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS DE EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO, PERMITINDO ABERTURA E TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA, ESTERIL E APIROGENICA; A EMBALAGEM PRIMARIA DEVE CONTER INFORMACOES DE IDENTIFICACAO E CARACTERISTICAS DO PRODUTO, TAIS COMO: NOME DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO, MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO; A EMBALAGEM SECUNDÁRIA DEVE SER CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO | 75 | UNIDADE |
| 4 | Material | | SERINGA, DE 60 ML, COM GRADUACAO DE 1 EM 1 ML, SEM AGULHA, DESCARTAVEL, ESTERIL, EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, ATOXICA, BICO TIPO ROSCA (LUER LOCK), ATOXICA, APIROGENICA, COM ANEL DE RETENCAO QUE IMPECA O DESPREENDIMENTO DO EMBOLIO CILINDRICO E QUE GARANTA CONEXOES SEGURAS, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLIO COM PISTAO LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA, DEVERA ESTAR IMPRESSO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, ORIGEM, LOTE E DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TIPO DE ESTERILIZACAO E REGISTRO NO MNISTERIO DA SAUDE. | 33370 | UNIDADE |
| 5 | Material | | BISTURI, COM LAMINA CONECTADA AO CABO, Nº 24, DESCARTAVEL, ESTERIL, DE USO UNICO. EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA ROTULADAS CONFORME RDC 185/01/ANVISA. O PRODUTO DEVE OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE E INERENTE AO MESMO. | 14990 | UNIDADE |
| 6 | Material | | CURATIVO, PRIMARIO, ESTERIL, FLEXIVEL E ADAPTAVEL, NAO ADERENTE, TAMANHO 10X12 CM, COMPOSTO POR UMA REDE TEXTIL DE POLIESTER FORMADA POR CARBOXIMETILCELULOSE, PARTICULAS LIPOFÍLICAS E PRATA. REGISTRO ANVISA. EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA ROTULADAS CONFORME RDC 185/01/ANVISA. O PRODUTO DEVE OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE E INERENTE AO MESMO. | 726 | UNIDADE |

Itens da Licitação

| Grupo: | Código: | Tipo: | Objeto: | Qtde: | Unid: |
|--------|----------|-------|--|-------|---------|
| 7 | Material | | FIO, PARA SUTURA, ESTERIL, DE USO UNICO, EM POLIGLACTINA 910 OU ACIDO POLIGLICOLICO, Nº 2-0, COR VIOLETA, REVESTIDO COM ESTEARATO DE CALCIO, COM 70 CM DE COMPRIMENTO (VARIACAO DE + OU - 5 CM), ENCASTOADO COM 01 AGULHA DE PONTA CONICA, CORPO CILINDRICO, 1/2 CIRCULO E 4,0 CM DE COMPRIMENTO (VARIACAO DE ATE + OU - 2 MM), PARA FECHAMENTO GERAL. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS DE EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO, PERMITINDO ABERTURA E TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA, ESTERIL E APIROGENICA; A EMBALAGEM PRIMARIA DEVE CONTER INFORMACOES DE IDENTIFICACAO E CARACTERISTICAS DO PRODUTO, TAIS COMO: NOME DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO, METODO DE ESTERILIZACAO, VALIDADE DA ESTERILIZACAO; A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVE SER CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATÉ O MOMENTO DO USO; O PRODUTO DEVE OBEDECER | 4750 | UNIDADE |
| 8 | Material | | BOLSA, PARA OSTOMIAS, TAMANHO PEQUENO(P), RECORTAVEL DE 104MM A 159MM, PARA DRENAGEM DE FISTULA ABDOMINAL, QUE PERMITA A ABERTURA E O FECHAMENTO SEM VAZAMENTO. COMPOSTA DE DISPOSITIVO DE DRENAGEM DE 2 VIAS, PLACA HIDROCOLOIDE RECORTAVEL E ADESIVA, DISPOSITIVO DE CONFORTO E SEGURANCA QUE NAO PERMITE O CONTATO DA PARTE SUPERIOR COM A FERIDA. ACOMPANHA MEDIDOR, PROTETOR PLASTICO PARA DEMARCACAO, BOMBA PARA INFLAR E JANELA.EMBALAGEM PRIMARIA ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS DE EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO, PERMITINDO ABERTURA E TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA, ESTERIL E APIROGENICA; A EMBALAGEM PRIMARIA DEVE CONTER INFORMACOES DE IDENTIFICACAO E CARACTERISTICAS DO PRODUTO, TAIS COMO: NOME DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO, MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO; A EMBALAGEM SECUNDÁRIA DEVE SER CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO | 25 | UNIDADE |

Anexos da Licitação

Link: **Nome:**
[BAIXAR](#) Edital-13937032000160-1083112.pdf