



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE
DIRETORIA DE LICITAÇÕES

1.1.1 As especificações do objeto obedecerão as condições e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e Habilitação (TR/Habilitação), observado o disposto na tabela abaixo.

Participação	Lote	Código SIMPAS	Descrição	Unidade de Fornecimento (UF)	Quantitativo	Prazo de entrega
Ampla participação	01	65.10.19.00021041-2		Un	1.048	20 dias
CURATIVO, nao aderente, esteril, composto por uma tela tecido ou em malha, impregnada de com emulsao de petrollatum, soluvel em agua, em formato de rolo, para cobertura primaria de feridas abertas, dimensoes 07 cm (podendo variar em ate + 3 cm) x 150 cm (podendo variar em ate + 50 cm). Embalagem em filme termoplastico e abertura em petala. Na embalagem devera conter: nome e /ou marca do produto, lote e data de fabricacao, prazo de validade, modo de usar, restricoes de uso (quando necessario), informacoes toxicologicas (quando necessario), indicacao quantitativa, fabricante, origem, distribuidor e/ou importador, composicao, categoria do produto, tipo de esterilizacao (quando necessario), tecnico responsavel, registro no Ministerio da Saude.						
Participação	Lote	Código SIMPAS	Descrição	Unidade de Fornecimento (UF)	Quantitativo	Prazo de entrega
Restrita ME/EPP	02	65.15.19.00011865-6		Un	43.100	20 dias
PERFUSOR venoso para adulto com 02 (duas) vias, flexivel, esteril, descartavel, com bom ajuste a gelco e scalp. Embalagem individual, em blister rigido e papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, tipo de esterilizacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.						
Participação	Lote	Código SIMPAS	Descrição	Unidade de Fornecimento (UF)	Quantitativo	Prazo de entrega
Restrita ME/EPP	03	65.15.19.00112452-8		Un	14.490	20 dias
FIO, para sutura, catgut cromado n. 2-0, fio com 70 cm de comprimento, (podendo variar em + ou - 5cm), agulha de 4,0 cm e 1/2 circulo, cilindrica, (podendo variar em + ou - 2mm)Embalagem primaria acondicionada individualmente de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilizacao, permitindo abertura e transferencia com tecnica asseptica, esteril e apriogenica. A embalagem primaria deve conter informacoes de identificacao e caracteristicas do produto, tais como: nome do fabricante, lote, data de fabricação e data de validade. A embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento ate o momento do uso. O produto deve obedecer a qualquer legislação que seja inerente ao mesmo. Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA.						
Participação	Lote	Código SIMPAS	Descrição	Unidade de Fornecimento (UF)	Quantitativo	Prazo de entrega
Ampla	04	65.15.19.00115181-		Un	724.065	20 dias



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE
DIRETORIA DE LICITAÇÕES

participação		9				
<p>SERINGA, sem agulha, com dispositivo de segurança, 10 ml , de uso unico,descartavel, esteril, atoxica, apirogenica, em polipropileno, isenta de latex, destacavel, corpo cilindrico transparente com escala de graduacao milimetrada e numerada, numeros e tracos legiveis, bico luer lock , parede uniforme, anel de retencao que impêca o desprendimento do embolo, compativel com todas as marcas de agulha, flange em formato anatomico, Deve obedecer a RDC/03/2011/ANVISA, Embalagem primaria acondicionada de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilizacao, permitindo abertura e transferencia com tecnica adequada; o rotulo da embalagem primaria deve conter informacoes de identificacao e caracteristicas do produto, tais como: nome do fabricante, lote, data de fabricacao, data de validade do produto, metodo de esterilizacao, validade da esterilizacao; nome do responsavel tecnico, registro ANVISA/MS; a embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento ate o momento do uso; o produto deve obedecer a legislacao vigente na ANVISA.</p>						
Participação	Lote	Código SIMPAS	Descrição	Unidade de Fornecimento (UF)	Quantitativo	Prazo de entrega
Restrita ME/ EPP	05	65.15.19.00115608-0		Un	7.800	20 dias
<p>SCALPE, para puncao venosa, n. 27, agulha aco inox, com asa de fixacao, tubo extensor, com dispositivo de segurança segundo NR/32, esteril, descartavel, embalagem individual, em papel grau cirurgico e/ou filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, tipo de esterilizacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.</p>						
Participação	Lote	Código SIMPAS	Descrição	Unidade de Fornecimento (UF)	Quantitativo	Prazo de entrega
Restrita ME/ EPP	06	65.15.19.00129198-0		Un	4.800	20 dias
<p>FIO, para sutura, em polipropileno azul, Nº 1, com 70 cm de comprimento (podendo variar em + ou - 5 cm), encastoad com 01 agulha de ponta conica, corpo cilindrico, 1/2 circulo, 4 cm de comprimento (podendo variar em + ou - 2 mm), esteril, de uso único. Embalagem primaria e secundaria acondicionadas de acordo com as normas vigentes. Apresentar registro ANVISA.</p>						
Participação	Lote	Código SIMPAS	Descrição	Unidade de Fornecimento (UF)	Quantitativo	Prazo de entrega
Restrita ME/ EPP - Cota reservada 20%	07	65.10.19.00021041-2		Un	262	20 dias
<p>CURATIVO, nao aderente, esteril, composto por uma tela tecido ou em malha, impregnada de com emulsao de petrollatum, soluvel em agua, em formato de rolo, para cobertura primaria de feridas abertas, dimensões 07 cm (podendo variar em ate + 3 cm) x 150 cm (podendo variar em ate + 50 cm). Embalagem em filme termoplastico e abertura em petala. Na embalagem devera conter: nome e /ou marca do produto, lote e data de fabricacao, prazo de validade, modo de usar, restricoes de uso (quando necessario),</p>						



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE
DIRETORIA DE LICITAÇÕES

informações toxicológicas (quando necessário), indicação quantitativa, fabricante, origem, distribuidor e/ou importador, composição, categoria do produto, tipo de esterilização (quando necessário), técnico responsável, registro no Ministério da Saúde.

Participação	Lote	Código SIMPAS	Descrição	Unidade de Fornecimento (UF)	Quantitativo	Prazo de entrega
Restrita ME/EPP - Cota reservada 25%	08	65.15.19.00115181-9		Un	241.355	20 dias

SERINGA, sem agulha, com dispositivo de segurança, 10 ml , de uso único, descartável, estéril, atóxica, apirogênica, em polipropileno, isenta de latex, destacável, corpo cilíndrico transparente com escala de graduação milimétrada e numerada, números e traços legíveis, bico luer lock , parede uniforme, anel de retenção que impede o desprendimento do embolo, compatível com todas as marcas de agulha, flange em formato anatômico, Deve obedecer a RDC/03/2011/ANVISA, Embalagem primária acondicionada de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permitindo abertura e transferência com técnica adequada; o rótulo da embalagem primária deve conter informações de identificação e características do produto, tais como: nome do fabricante, lote, data de fabricação, data de validade do produto, método de esterilização, validade da esterilização; nome do responsável técnico, registro ANVISA/MS; a embalagem secundária deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento de uso; o produto deve obedecer à legislação vigente na ANVISA.

1.1.2 As especificações do objeto constam:

() da descrição () acima () abaixo: () do anexo integrante deste TR/Habilitação

1.1.2.1 As características descritas pelas licitantes devem guardar compatibilidade com as especificações exigidas neste TR, devendo o produto ou componente oferecido ser claramente descrito de forma visual e/ou escrita.

1.1.2.1.1 As descrições e/ou materiais informativos utilizados nas especificações dos produtos cotados, se forem vertidos em idioma diverso do nacional, deverão ser apresentados com tradução para o português, ressalvados os termos técnicos cuja compreensão seja usual.

1.1.2.1.2 As características devem ser comprovadas através de:

() documentos de domínio público emitidos pelo fabricante

() catálogos

() manuais

() fichas de especificação técnica

() páginas da internet

1.1.2.2 O objeto desta contratação não se enquadra como bem de luxo, nos termos do art. 20 da Lei Federal nº 14.133/2021 e sua regulamentação.