



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE
DIRETORIA DE LICITAÇÕES

Participação	Lote	Código SIMPAS	Descrição	Unidade de Fornecimento (UF)	Quantitativo	Prazo de entrega
Ampla participação	01	65.10.19.00128295-6	FORA	UN	825	20 dias

CURATIVO, quadrado, de hidrofibra, esteril, descartavel, agrupadas com 100% de carboximetil celulose sodica, alginato de calcio e sodio, metil etileno acrilato, vinil acetato etileno e lamina de carvao ativado. Dimensoes 10 x 10 cm podendo variar em (+/-) 1,0cm. Apresentacao contendo informacoes de identificacao, caracteristicas do produto, marca e registro ANVISA. Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme RDC 185/01/ANVISA. O produto deve obedecer a legislacao vigente e inerente ao mesmo. No ato da entrega o produto deve ter o prazo de validade de no minimo 12 meses.

Participação	Lote	Código SIMPAS	Descrição	Unidade de Fornecimento (UF)	Quantitativo	Prazo de entrega
Restrita ME/ EPP	02	65.15.19.00008106-0		UN	1.560	20 dias

DRENO, suctor, descartavel, esteril, com agulha 4.8, bio-dreno, tubo de drenagem, valvula anti-refluxo, reservatorio com capacidade aproximada de 400 ml, com tampa para esvaziamento. Embalagem individual em papel grau cirurgico e/ou filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.

Participação	Lote	Código SIMPAS	Descrição	Unidade de Fornecimento (UF)	Quantitativo	Prazo de entrega
Restrita ME/ EPP	03	65.15.19.00016414-3		UN	8.420	20 dias

CATETER, nasal, para oxigenio, tipo oculos, descartavel, uso infantil. Embalagem individual, em blister rigido e papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, tipo de esterilizacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.

Participação	Lote	Código SIMPAS	Descrição	Unidade de Fornecimento (UF)	Quantitativo	Prazo de entrega
Restrita ME/ EPP	04	65.15.19.00098581-3		UN	21.100	20 dias



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE
DIRETORIA DE LICITAÇÕES

SERINGA, de 60 ml, sem agulha, bico tipo cateter, descartavel, esteril, em polipropileno, transparente, atoxica, apirogenica, cilindro reto siliconizado, parede uniforme, com escala de graduacao em ml, numeros e tracos legiveis, com anel de retencao que impêca o desprendimento do embolo do cilindro, bico sem rosca e que garanta conexoes seguras, flange com formato adequado, embolo com pistao lubrificado e ajustado ao cilindro. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso: dados de identificacao do produto, origem, lote e data de fabricacao, prazo de validade, tipo de esterilizacao e registro no Ministerio da Saude.

Participação	Lote	Código SIMPAS	Descrição	Unidade de Fornecimento (UF)	Quantitativo	Prazo de entrega
Restrita ME/ EPP - Cota reservada 25%	05	65.10.19.00128295-6		UN	275	20 dias

CURATIVO, quadrado, de hidrofibra, esteril, descartavel, agrupadas com 100% de carboximetil celulose sodica, alginato de calcio e sodio, metil etileno acrilato, vinil acetato etileno e lamina de carvao ativado. Dimensoes 10 x 10 cm podendo variar em (+/-) 1,0cm. Apresentacao contendo informacoes de identificacao, caracteristicas do produto, marca e registro ANVISA. Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme RDC 185/01/ANVISA. O produto deve obedecer a legislacao vigente e inerente ao mesmo. No ato da entrega o produto deve ter o prazo de validade de no minimo 12 meses.

1.1.2 As especificações do objeto constam:

(x) da descrição (x) acima () abaixo: () do anexo integrante deste TR/Habilitação

1.1.2.1 As características descritas pelas licitantes devem guardar compatibilidade com as especificações exigidas neste TR, devendo o produto ou componente ofertado ser claramente descrito de forma visual e/ou escrita.

1.1.2.1.1 As descrições e/ou materiais informativos utilizados nas especificações dos produtos cotados, se forem vertidos em idioma diverso do nacional, deverão ser apresentados com tradução para o português, ressalvados os termos técnicos cuja compreensão seja usual.

1.1.2.1.2 As características devem ser comprovadas através de:

(x) documentos de domínio público emitidos pelo fabricante

(x) catálogos

(x) manuais