

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	ULTRA TÊXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	40.357.820/0001-50
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.23.736-3
Nome do Dispositivo Médico	campo operatório não estéril
Nome Técnico do Dispositivo Médico	CONJUNTO DE VESTIMENTA CIRÚRGICA, CAMPO CIRÚRGICO E COMPRESSA DE GAZE
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	82373639006
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351049873202285
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: ULTRA TÊXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - BRASIL - CNPJ / Código Único: 40357820000150 - Endereço: RUA Y DOIS, 355, GALPÃO 3 DISTRITO INDUSTRIAL 58082025
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	10/02/2022
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instruções de uso - CAMPO NÃO ESTÉRIL assinado.pdf	0513528229 - 11/02/2022 07:57:23

Modelo Produto Médico
1 – CAMPO OPERATÓRIO NÃO ESTÉRIL 45CM X 50CM COM FIO RADIOPACO, 100% ALGODÃO.