

Dados da Licitação

ID Effecti: 7305829	Pregão SRP: SIM	Pregão: 19/2026	Uasg: 2023470053843541365	UF: PERNAMBUCO
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Data de Publicação: 20/02/2026 12:44:45	Data Inicial: 23/02/2026 08:00:00	Data Final: 16/03/2026 08:00:00	Link: ACESSAR
Portal: PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - PNCP				
Órgão: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO				
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MATERIAL PENSO).				

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
1		Material	(3726185) - KIT COM TUBO ENDOBRONQUIAL - DE DUPLO LUMEN (TRAQUEAL E BRONQUIAL), DESCARTAVEL, ESTERIL EM OXIDO DE ETILENO, SEM GANCHO DE CARINA, CONFECCIONADO EM PVC, TRANSPARENTE, PARA PERMITIR A VENTILACAO SELETIVADOS PULMOES, COM 02 BALOES INTERNOS, VALVULAS SELF-, SEALING EXTERNAS ADAPTAVEIS A SERINGA, BALOES PIPILOTOS INDIVIDUAIS CODIFICADAS ATRAVES DE CORES, BALAO TRAQUEAL CONFECCIONADO PARA EXERCER BAIXA PRESSAO A TRAQUEIA QUANDO INSUFLADO. PONTA ATRAUMATICA, ACOMPANHA UM GUIA DE INTUBACAO, TRES CATETERES DE SUCCAO E UM CONECTOR DE CARLEANS EM FORMA DE Y COM DOIS ADAPTADORES DUPLOS GIRATORIOS, LADO ESQUERDO N.33,,, COM BALAO BRONQUIAL EM FORMA DE -S- COM, ORIFICIO LATERAL DE MURPHY RADIOPACO NA PONTA BRONQUIAL PARA EVITAR OCLUSAO DA VIA E AUMENTO DA RESISTENCIA RESPIRATORIA, COM LINHAS RADIOPACAS NAS PONTAS DOS TUBOS E UMA LINHA RADIOPACA A 2CM, ORIFICIO DE MURPHY PARA MELHOR VISUALIZACAO DO POSICIONAMENTO DO TUBO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM INVOLUCRO APROPRIADO, ACONDICIONAMENTO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS DO MS	6	UN
2		Material	(4942116) - SERINGA DESCARTAVEL - EM PLASTICO ATOXICO E APIROGENICO, CAPACIDADE DE 5ML, BICO LUER SLIP, CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA E ALTO GRAU DE TRANSPARENCIA, ESTERIL, COM EMBOLO DE BORRACHA SILICONIZADA, SEM AGULHA	141635	UN

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	3	Material	(1619799) - SONDA ENDOTRAQUEAL - CALIBRE 5,5CH COM CUFF,BALAO PILOTO COM COBERTURADE PROTECAO, VALVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSAO, DESCARTAVEL,BALONETE DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME, BALAO PILOTO,COM CALIBRE E GRADUACAO VISIVEIS, PVC TRANSPARENTE FLEXIVEL,LINHA RADIOPACA,PROVIDADE CONECTOR,COM VALIDADE,LOTE,REG.NO MS VISIVEIS, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A ART.31 LEI 8078/90 PORT CONJ N1 DE 23/1/96-MS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA	34	UN
	4	Material	(2793830) - BANDAGEM - TIPO: ADESIVA ELASTICA HIPOALEGENICA COMPOSTA DE ALGODAO E RAYON,ESPESSURA: DE 0,1MM,ELASTICIDADE E ADESIVO DE BORRACHA NATURAL,,MEDINDO: 5 CM DE LARGURA E 4,5 M DE COMPRIMENTO,,APRESENTACAO CONFORME ANVISA	17	RL
	5	Material	(3880940) - AVENTAL DESCARTAVEL - EM FALSO TECIDO, GRAMATURA A PARTIR DE 20G/M2,ACABAMENTO EM OVERLOCK, ABERTO NAS COSTAS, COM UM PAR DE TIRAS NA CINTURA E OUTRO NO DECOTE PARA FECHAMENTO, TAMANHO UNICO,COM MANGA LONGA E PUNHO DE ELASTICO,COM DECOTE,EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA,LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO ORGAO COMPETENTE.	170242	UN
	6	Material	(4135148) - CATETER VENOSO PERIFERICO - EM TEFLON, PARA ACESSO PERIFERICO, RADIOPACO, DESCARTAVEL,CALIBRE 14G, COM FILTRO HIDROFOBO, COM CAMARA DE REFLUXO SANGUINEO,DE AGULHA COM BISEL TRIFACETADO E BIANGULAR COM PROTETOR DE ENCAIXE,NAO CONTEM ASAS,COM CONECTOR,CONTENDO DADOS DE VALIDADE, ENVELOPE INDIVIDUAL,TUBO FLEXIVEL OPACO E ATOXICO,ESTERIL,APRESENTACAO CONFORME DECRETO LEI 79094/77 ART 31 L8078/90 PORT. CONJ. N. 1 DE 23/1/96 - M. SAUDE,LOTE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 COMBINADO COM O ART. 31 L.8078/90, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA	452	UN
	7	Material	(5531950) - CATETER VENOSO PERIFERICO - EM TEFLON, RADIOPACO, DESCARTAVEL,CALIBRE 16G, COM FILTRO HIDROFOBO, CAMARA DE REFLUXO SANGUINEO,AGULHA COM BISEL TRIFACETADO E BIANGULAR COM PROTETOR DE ENCAIXE,NAO CONTEM ASAS,COM CONECTOR,,,TUBO FLEXIVEL OPACO E ATOXICO,ESTERIL,EMBALAGEM INDIVIDUAL,.	158	UN

Anexos da Licitação

Link:	Nome:
BAIXAR	wbc202602191358035072055.pdf