



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

	<p>permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta em forma de cone e orifícios ovais laterais proporcionais ao calibre. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravado externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação prazo de validade. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O Prazo de validade mínimo deve ser de 75% da validade total na data de entrega no almoxarifado. (Exclusivo para ME/EPP, conforme art. 48, I, da LC 123/2006)</p>					
50. 84016	<p>SONDA URETRAL Nº. 12- Estéril, descartável, siliconizada, confeccionada em polivinil transparente atóxico, maleável, que não cause trauma Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta em forma de cone e orifícios ovais laterais proporcionais ao calibre. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravado externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência,</p>	UND	136.850	85.000	1,02	139.587,00 OK