

Fazer pergunta

Requerimento	Criado em	Arq. escl.	Resposta	Respondido em	Arq. resposta
O LOTE 109 - TESTE BOWIE DICK, ESTÁ SENDO LICITADO FOLHA OU PACOTE TESTE ?	14/04/2026 13:58		Após consulta por parte do setor técnico demandante o mesmo informou: Seguindo as normas sanitárias vigentes, está licitado unidades de pacotes pré-preparados para garantir a padronização, uma vez que não se recomenda usar testes preparados manualmente.	16/04/2026 15:57	
Prezados, bom dia.Gostaríamos de participar do pregão acima identificado, mas antes é necessário esclarecer alguns pontos.Será necessário algum equipamento em comodato para os itens deste pregão?Caso necessário qual a quantidade e qual o tipo de equipamento?Qual a marca e modelo das máquinas onde esses equipamentos serão instalados?Para identificar melhor o quantitativo do edital, gostaríamos de saber uma média de quilos de roupas lavadas ao dia. Poderiam nos indicar essas médias em quilos de roupas lavadas ao dia?Seguindo para o item 4, o descritivo solicita um produto a base de peróxido, entretanto, gostaríamos de verificar a possibilidade de indicar um de ácido peracético, pois se trata de uma formulação mais nova e que inclusive possui peróxido, sendo que o ácido peracético é a junção de ácido acético e peróxido de hidrogênio. Poderíamos ofertar produto a base de ácido peracético no item 4?As informações acima identificadas são necessárias para a formação da proposta, para que não hajam eventuais falhas.Obrigada.	16/04/2026 07:59		Após consulta por parte do setor técnico demandante o mesmo informou: Para o processo licitatório não será apresentado nenhum sistema de comodato, não necessitando de cessão de equipamentos. Será adquirido apenas os produtos descritos. Em relação ao item 4, pelo que está sendo apresentado, atende a descrição.	16/04/2026 16:00	
Boa tarde, prezado(a)! Qual o intervalo mínimo entre os lances? Atenciosamente.	16/04/2026 15:46		Prezado, para o processo não definido intervalo mínimo	16/04/2026 16:01	

NAO

SIM

SIM

NAO

VALOR TOTAL DO PROCESSO

R\$ 5.237.841,4600

FONE PROMOTOR

7734468500

E-MAIL PROMOTOR

prefeitura@aracatu.ba.gov.br

OBJETO

Registro de preços para eventual e futura aquisição parcelada de medicamentos, insumos, saneantes, materiais e equipamentos destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Aracatu.

OBSERVAÇÃO

Informações com a Comissão Permanente de Licitações, nos dias úteis, das 08h às 12h, de segunda a sexta ou pelo e-mail: licitacao@aracatu.ba.gov.br