

Dados da Licitação

ID Effecti: 7476757	Pregão SRP: SIM	Pregão: 87/2026	Uasg: 2023470053843541365	UF: PERNAMBUCO
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Data de Publicação: 09/04/2026 12:15:51	Data Inicial: 13/04/2026 08:00:00	Data Final: 05/05/2026 08:00:00	Link: ACESSAR
Portal: PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - PNCP				
Órgão: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO				
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MATERIAL PENSO)				

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	1	Material	(1929542) - COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO - DESCARTAVEL, COM CAPACIDADE PARA 100ML, COM ADESIVO,HIPOALERGENICO, COM GRADUACAO A CADA, 10 ML, COM LOCAL PARA IDENTIFICACAO DO PACIENTE., EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO,LOTE,VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	456	UN
	2	Material	(1929550) - COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO - DESCARTAVEL COM CAPACIDADE PARA 100 ML, COMADESIVO, HIPOALERGENICO, COM GRADUACAO A CADA, 10 ML COM LOCAL PARA IDENTIFICACAO DOPACIENTE., EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MS.	279	UN
	3	Material	(2850265) - FILTRO/UMIDIFICADOR COMBINADO ELETROSTATICO - RESPIRATORIO PASSIVO, TAMANHO NEONATAL,PROVIDO DE MEMBRANA HIDROFOBICA E HIGROSCOPICA.,ESPACO COM APROXIMADAMENTE 51ML, CAPACIDADE DE UMIDIFICACAO DE NO MINIMO 30MGH2O/L, ACOMPANHADO DE CONECTOR INTERMEDIARIO EXTENSIVEL (CATETER MOUNT),EFICIENCIA DE FILTRACAO VIRAL E BACTERIANA DE 99,9%,DEVERA CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, NUMERO DE LOTE, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE,ESTERILIZAVEL	72	UN
	4	Material	(3795810) - DRENO DE TORAX - EM PURO SILICONE,CONECTOR DRENO- TUBO (INDIVIDUAL OU UNIVERSAL),RADIOPACO MULTIPERFURADO, ATOXICO, APIROGENICO, HIPOALERGENICO, TRANSPARENTE,CALIBRE N. 14,ESTERIL A OXIDO DE ETILENO,APRESENTACAO CONFORME DECRETO LEI 79094/77, COMBINADO COM O ART. 31 LEI 8078/90,ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77, ART. 31, LEI 8078/90, PORT CONJ N. 1 DE 23/1/96 MS	56	UN

Itens da Licitação

Grupo:	Código:	Tipo:	Objeto:	Qtde:	Unid:
	5	Material	(3795837) - DRENO DE TORAX - EM PURO SILICONE, CONECTOR DRENO- TUBO (INDIVIDUAL OU UNIVERSAL), RADIOPACO MULTIPERFURADO, ATOXICO, APIROGENICO, HIPOALERGENICO, TRANSPARENTE, CALIBRE N. 16, ESTERIL A OXIDO DE ETILENO, APRESENTACAO CONFORME DECRETO LEI 79094/77, COMBINADO COM O ART. 31 LEI 8078/90, ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77, ART. 31, LEI 8078/90, PORT CONJ N. 1 DE 23/1/96 MS	33	UN
	6	Material	(1566105) - SONDA NASOENTERAL - INFANTIL, N. 06, DE POLIURETANO, BIO-COMPATIVEL, MACIA E FLEXIVEL, RADIOPACA, PONTA COM TUNGSTENIO, MARCAS DE MEDIDA, DUAS ABERTURAS OPOSTAS A OGIVA, MANDRIL EM ACO INOX CROMO NIQUEL, CONECTOR UNIVERSAL E ADAPTADOR, INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO OU FILME TERMOPLASTICO CONTENDO TODAS AS INFORMACOES NECESSARIAS, COM 60CM DE COMPRIMENTO, ESTERIL E DISPOSITIVO NA EXTREMIDADE PARA PROGRESSAO DA SONDA	19	UN
	7	Material	(177008) - SONDA FOLEY - EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, ESTERIL, COM BALAO DE ATE 30 ML, COM 3 VIAS, NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL CALIBRE 16, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE	25	UN
	8	Material	(3359093) - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL - CANHAO PLASTICO ATOXICO EM ACO INOXIDAVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADO, HASTE EM ACO INOXIDAVEL, COM BISEL TRIFACETADO E PONTA AFIADA COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, COM PERFEITA ADAPTACAO AO CANHAO, PROTETOR PLASTICO ATOXICO EM POLIPROPILENO, NAS DIMENSOES DE 25 X 7 MM OU 22G X 1", EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA ESTERILIDADE COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA QUE ATENDA A NR32, INDIVIDUAL, ESTERIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO QUE COMPROVE COMPRIMENTO DA NBR 09259	100100	UN
	9	Material	(3064310) - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL - CANHAO PLASTICO ATOXICO EM ACO INOXIDAVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADO, HASTE EM ACO INOXIDAVEL, COM BISEL TRIFACETADO E PONTA AFIADA COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, COM PERFEITA ADAPTACAO AO CANHAO, PROTETOR PLASTICO ATOXICO EM POLIPROPILENO, NAS DIMENSOES DE 40 X 12MM OU 18G X 1 1/2", EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA ESTERILIDADE COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA QUE ATENDA A NR32, INDIVIDUAL, ESTERIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO QUE COMPROVE COMPRIMENTO DA NBR09259	188800	UN
	10	Material	(4765770) - INDICADOR BIOLOGICO - EM TIRAS IMPREGNADAS COM BACILLUS STEAROTHERMOPHILUS, PARA CONTROLE DE ESTERILIZACAO A VAPOR, CONTENDO AMPOLA DE VIDRO COM CALDO NUTRIENTE, EMBALAGEM CONTENDO PAPEL DE FILTRO HIDROFOBICO, INDICADOR, FILME DE POLIETILENO E POLIESTER E 01 INDICADOR PARA CONTRATESTE, FITA INDICADORA FIO ACO INOXIDAVEL. LEITURA RAPIDA EM ATE 3 HORAS	810	UN

Anexos da Licitação

Link:

[BAIXAR](#)

Nome:

wbc202604091050496762260.pdf