

Dúvidas e Esclarecimentos



Fazer pergunta

Requerimento	Criado em	Arq. escl.		Resposta	Respondido em	Arq. resposta	
ITEM 303 - Está solicitando tira reagente para determinação de glicemia, com metodologia de glicose (GDH-PQQ) ou mut. Q-GDH.Será aceito metodologia de Enzimas GDH - FAD?Informamos que a metodologia GDH-FAD, faz uma leitura mais concentrada, pois não sofre interferência de outros açúcares e oxigênioVisto que no próprio descritivo está sugerindo a marca ON CALL PLUS, entendemos que será aceito outras marcas, correto? Diante disso, questionamos a possibilidade de alterar o descritivo do item, pois o método solicitado (GDH-PQQ) ou mut. Q-GDH está impossibilitando que outras marcas participem desta licitação.No mercado existem inúmeros aparelhos e tiras reagentes que desempenham a mesma função do aparelho direcionado na licitação. Tais marcas/aparelhos possuem plenas condições de atender todas as necessidades do municípioA definição de marcas e especificações técnicas idênticas às ofertadas por determinado fabricante restringe a ampla disputa, limitando a participação de diversas empresas no mercado, em desconformidade com a Lei de Licitação e Contratos administrativos. Podendo causar prejuízos à Administração Pública.	08/07/2024 15:55						
Boa tarde, Prezados. Quantas casas decimais devemos utilizar para a proposta inicial? Atenciosamente.	05/07/2024 16:57			Prezado Licitante, em resposta, a proposta de preço deverá ser registrada em 02 casas decimais.	08/07/2024 10:48		

2024

NÃO

NÃO

NÃO

MENSAGENS

CADASTRO RESERVA

INVERSÃO DE FASES

INTERVALO DE LANCES EM %

SIM

NÃO

NÃO

SIM

VALOR TOTAL DO PROCESSO

FONE PROMOTOR

E-MAIL PROMOTOR

R\$ 2.570.102,0000

8008080145

licitacao@muritiba.ba.gov.br

OBJETO

OBSERVAÇÃO

Aquisição de medicamentos, para atender a necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.