



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE LAGARTO  
Avenida Brasília, S/N - Bairro Santa Terezinha  
Lagarto-SE, CEP 49400-000  
- <http://hul.ebserh.gov.br>

**PARECER Nº 74/2025/SAFS/DLIH/GAD/HUL-UFS-EBSEERH**

PROCESSO Nº 23817.020131/2024-90

INTERESSADO: Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos, Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques, Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques

Parecer Técnico de Avaliação Amostra de Material

**Processo nº 23817.020131/2024-90**

PARECER TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRA DE MATERIAL

**Identificação do avaliador**

<b>Unidade da Rede Ebserh</b>	Hospital Universitário de Lagarto
<b>Nome</b>	Lenilson Santos da Trindade
<b>Categoria profissional</b>	Enfermeiro
<b>Siape</b>	1359412
<b>Lotação</b>	Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos - SAFS

**Identificação do processo de compra e item**

<b>Número de identificação do processo de compra</b>	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.013/2025
--	----------------------------------

<b>Número do processo SEI da Contratação</b>	Processo nº 23817.020131/2024-90
<b>Número do item correspondente à amostra no Edital</b>	27
<b>Especificação do item de acordo com Edital</b>	<p>ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, TAMANHO: 10 CM X 4,5 M CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO, ISENTO DE LÁTEX, COMPROVADO COM A IDENTIFICAÇÃO NO CARRETEL COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE, COR BRANCA, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALÉRGICAS DE GERMES PATOGÊNICOS, IMPERMEABILIDADE DORSAL. FLEXIBILIDADE SUFICIENTE PARA ADAPTAR-SE AS DOBRAS DA PELE SEM QUE OCORRA EXCESSIVA PRESSÃO OU FÁCIL DESPRENDIMENTO, MASSA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA, ADEQUADA FIXAÇÃO DE CAMADA ADESIVA NO PANO BASE, FÁCIL REMOÇÃO SEM DEIXAR RESÍDUOS OU MANCHAS NA SUPERFÍCIE, BORDAS DEVIDAMENTE MOLDADAS A FIM DE EVITAR SOLTURA DOS FIOS, (APRESENTAR ADESIVIDADE POR MÍNIMO 24 HORAS, E EM PRESENÇA DE PILOSIDADE), ENROLADO EM CARRETEL PLÁSTICO COM CAPA DE PROTEÇÃO. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>
<b>Código Ebserh (Se houver)</b>	EBS00508
<b>Código do Sistema de Estoque (Se houver)</b>	400221

#### Identificação da amostra

<b>Data de recebimento</b>	03/06/2025

<b>Fornecedor/CNPJ</b>	DROGAFONTE LTDA - CNPJ: 08.778.201/0001-26
<b>Fabricante/CNPJ</b>	MISSNER & MISSNER LTDA / CNPJ: 03.225.411/0001-73
<b>Marca</b>	AD PELE EXTRA FLEXÍVEL 10x4,5
<b>Lote/série</b>	ASH00701
<b>Quantidade de Amostras recebidas para avaliação</b>	01

#### Avaliação geral do produto e embalagem

<b>Check list</b>	<b>Sim</b>	<b>Não</b>	<b>Não se Aplica</b>	<b>Observações</b>
<b>O produto corresponde ao item solicitado</b>	X			TRATA-SE DO PRODUTO CORRETO (ESPARADRAPO) MAS SUA COMPOSIÇÃO CONTRARIA O TERMO DE REFERÊNCIA DEVIDO A PRESENÇA DE LÁTEX.
<b>A apresentação corresponde à solicitada</b>		X		PRODUTO COM LÁTEX EM SUA COMPOSIÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO NO CARRETEL, CONTRARIANDO O TERMO DE REFERÊNCIA QUE PADRONIZA UM PRODUTO ISENTO DE LÁTEX.
<b>O produto está corretamente identificado conforme TR</b>	X			
<b>Embalagem está íntegra</b>	X			

<b>Embalagem proporciona abertura asséptica</b>			X	
<b>Ausência de resíduos e impurezas na embalagem</b>	X			
<b>A embalagem permite boa visualização do produto</b>			X	
<b>A embalagem é adequada ao tipo de produto</b>	X			
<b>Observações</b>				

#### Avaliação da funcionalidade

<b>Check list</b>	<b>Sim</b>	<b>Não</b>	<b>Não se Aplica</b>	<b>Descrever riscos, dificuldades ou inconformidades, se for o caso</b>
<b>O produto oferece risco ao profissional</b>		X		
<b>O produto oferece risco ao paciente</b>	X			PRODUTO COM LÁTEX EM SUA COMPOSIÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO NO CARRETEL, CONTRARIANDO O TERMO DE REFERÊNCIA QUE

				PADRONIZA UM PRODUTO ISENTO DE LÁTEX, O QUE REPRESENTA RISCOS AOS PACIENTES COM ALERGIA AO COMPONENTE.
Há dificuldade de manuseio		X		

#### Avaliação específica

Descrever avaliações específicas com relação ao produto e suas funcionalidades

#### Parecer final

Avaliação de conformidade da amostra	Aprovada	Reprovada
		X
Em caso de reprovação, justificar		
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, TAMANHO: 10 CM X 4,5 M. EVIDENCIA-SE, CONFORME DESCRITO NO CARRETEL, A PRESENÇA DE LÁTEX, CONTRARIANDO INDISCUTIVELMENTE O TERMO DE REFERÊNCIA, FATO QUE POR SI SÓ JÁ INVALIDA A PROPOSTA; AINDA, APRESENTA INADEQUADA FIXAÇÃO DE CAMADA ADESIVA NO PANO BASE; NÃO ADERE EFETIVAMENTE E SOLTA COM MUITA FACILIDADE.		

Considerando que a aceitação da amostra constitui condição necessária para adjudicação do objeto do certame licitatório, diante das condições pré-estabelecidas no Termo de Referência, após serem submetidas à avaliação, **REPROVO** a amostra.

Com fé pública, declaro para os devidos fins a responsabilidade técnica pela avaliação de amostras detalhadas neste parecer.

*(assinado eletronicamente)*

**Lenilson Santos da Trindade**

Enfermeiro - Equipe Técnica/SAFS

Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos - SAFS / HUL

---



Documento assinado eletronicamente por **Lenilson Santos da Trindade, Enfermeiro(a)**, em 03/06/2025, às 11:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **50096247** e o código CRC **31D5333B**.

---

**Referência:** Processo nº 23817.020131/2024-90 SEI nº 50096247

---

Criado por [lenilson santos.huufs](#), versão 4 por [lenilson santos.huufs](#) em 03/06/2025 11:15:42.