



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE LAGARTO  
Avenida Brasília, S/N - Bairro Santa Terezinha  
Lagarto-SE, CEP 49400-000  
- <http://hul.ebserh.gov.br>

**PARECER Nº 76/2025/SAFS/DLIH/GAD/HUL-UFS-EBSEERH**

PROCESSO Nº 23817.020131/2024-90

INTERESSADO: Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos, Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques, Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques

Parecer Técnico de Avaliação Amostra de Material

**Processo nº 23817.020131/2024-90**

PARECER TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRA DE MATERIAL

**Identificação do avaliador**

<b>Unidade da Rede Ebserh</b>	Hospital Universitário de Lagarto
<b>Nome</b>	Lenilson Santos da Trindade
<b>Categoria profissional</b>	Enfermeiro
<b>Siape</b>	1359412
<b>Lotação</b>	Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos - SAFS

**Identificação do processo de compra e item**

<b>Número de identificação do processo de compra</b>	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.013/2025
--	----------------------------------

<b>Número do processo SEI da Contratação</b>	Processo nº 23817.020131/2024-90
<b>Número do item correspondente à amostra no Edital</b>	37
<b>Especificação do item de acordo com Edital</b>	<p>FRALDA DESCARTÁVEL PARA CRIANÇAS COM PESO DE 15 KG A 25 KG (+/- 1 KG):  COM FLOCOS DE GEL SUPER ABSORVENTE, DISTRIBUÍDOS EM CAMADAS FAVORECENDO A ABSORÇÃO DA URINA E EVITANDO O CONTATO DA MESMA COM A PELE DA CRIANÇA; ATÓXICA; INODORA; UNISSEX; ANTIALÉRGICA; COM FAIXA ADERENTE MULTI-AJUSTÁVEL LOCALIZADA NA PARTE FRONTAL, PODENDO A FITA ABRIR E FECHAR SEM PERDER A CARACTERÍSTICA ADESIVA; LINHAS DE ELÁSTICO NAS PERNAS COM FORMATO ANATÔMICO QUE SE AJUSTAM (PREVENINDO VAZAMENTOS), SEM DEIXAR MARCAS. NA EMBALAGEM E NO PRODUTO NÃO PODEM CONTER DESENHOS DE MAMADEIRA E/OU CHUPETAS (CONFORME EXIGÊNCIA DE CREDENCIAMENTO DO PROGRAMA HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA). EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE.</p>
<b>Código Ebserh (Se houver)</b>	EBS10170
<b>Código do Sistema de Estoque (Se houver)</b>	293853

#### Identificação da amostra

<b>Data de recebimento</b>	03/06/2025
----------------------------	------------

<b>Fornecedor/CNPJ</b>	DROGAFONTE LTDA - CNPJ: 08.778.201/0001-26
<b>Fabricante/CNPJ</b>	EJ FABRICAÇÃO DE EPI E TUBOS DE ALUMÍNIO LTDA / CNPJ: 35.787.179/0001-53
<b>Marca</b>	BABY SOFT - XG
<b>Lote/série</b>	LOTE: 0925001 L
<b>Quantidade de Amostras recebidas para avaliação</b>	01 PACOTE COM 50 FRALDAS

#### Avaliação geral do produto e embalagem

<b>Check list</b>	<b>Sim</b>	<b>Não</b>	<b>Não se Aplica</b>	<b>Observações</b>
<b>O produto corresponde ao item solicitado</b>		X		O ITEM ENVIADO, TAM XG (DE 13 A 15KG), DIVERGE DO QUE ESTÁ PRESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA (PESO DE 15 KG A 25 KG (+/- 1 KG)).
<b>A apresentação corresponde à solicitada</b>		X		O ITEM ENVIADO, TAM XG (DE 13 A 15KG), DIVERGE DO QUE ESTÁ PRESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA (PESO DE 15 KG A 25 KG (+/- 1 KG)).
<b>O produto está corretamente identificado conforme TR</b>	X			
<b>Embalagem está íntegra</b>	X			

<b>Embalagem proporciona abertura asséptica</b>			X	
<b>Ausência de resíduos e impurezas na embalagem</b>	X			
<b>A embalagem permite boa visualização do produto</b>			X	
<b>A embalagem é adequada ao tipo de produto</b>	X			
<b>Observações</b>				

#### Avaliação da funcionalidade

<b>Check list</b>	<b>Sim</b>	<b>Não</b>	<b>Não se Aplica</b>	<b>Descrever riscos, dificuldades ou inconformidades, se for o caso</b>
<b>O produto oferece risco ao profissional</b>		X		
<b>O produto oferece risco ao paciente</b>		X		

Há dificuldade de manuseio		X		

### Avaliação específica

<b>Descrever avaliações específicas com relação ao produto e suas funcionalidades</b>
<p>ANALISADO PACOTE DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA CRIANÇAS COM PESO DE ATÉ 15KG, DIVERGENTE DO ESPERADO PARA O TERMO DE REFERÊNCIA QUE PREVÊ FRALDA DESCARTÁVEL PARA CRIANÇAS COM PESO ENTRE 15 KG A 25 KG (+/- 1 KG); APRESENTA FLOCOS DE GEL QUE DEMONSTROU BAIXA ABSORÇÃO MANTENDO A ESTRUTURA E A PELE ÚMIDAS. APRESENTA FAIXA ADERENTE MULTI-AJUSTÁVEL LOCALIZADA NA PARTE FRONTAL; APRESENTA LINHAS DE ELÁSTICO COM ACABAMENTO PRECÁRIO, POUCO AJUSTÁVEL E RASGANDO A AMOSTRA NA ABERTURA DA FRALDA. A EQUIPE ASSISTENCIAL QUEIXOU-SE DA PÉSSIMA QUALIDADE DE ACABAMENTO REFERINDO FRAGILIDADE DO MATERIAL E COM A PRESENÇA DE MATERIAL SOLTO.</p>

### Parecer final

Avaliação de conformidade da amostra	Aprovada	Reprovada
<b>Em caso de reprovação, justificar</b>		
<p>AMOSTRA NÃO ATENDE O PÚBLICO ALVO E DIVERGE DO TERMO DE REFERÊNCIA. A ANÁLISE FOI REALIZADA EM AMOSTRAS DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA CRIANÇAS COM PESO DE ATÉ 15KG, DIVERGENTE DO ESPERADO PARA O TERMO DE REFERÊNCIA QUE PREVÊ FRALDA DESCARTÁVEL PARA CRIANÇAS COM PESO ENTRE 15 KG A 25 KG (+/- 1 KG); O MATERIAL APRESENTA FLOCOS DE GEL QUE DEMONSTROU BAIXA ABSORÇÃO MANTENDO O ITEM E A PELE ÚMIDAS; APRESENTA LINHAS DE ELÁSTICO COM ACABAMENTO PRECÁRIO, POUCO AJUSTÁVEL E RASGANDO A AMOSTRA NA ABERTURA DA FRALDA, EXPONDO A CAMADA DE GEL</p>		

FACILMENTE. A EQUIPE ASSISTENCIAL QUEIXOU-SE DA PÉSSIMA QUALIDADE DE ACABAMENTO REFERINDO FRAGILIDADE DO MATERIAL DURANTE O MANUSEIO E COM A PRESENÇA DE MATERIAL SOLTO/SEM ACABAMENTO.

Considerando que a aceitação da amostra constitui condição necessária para adjudicação do objeto do certame licitatório, diante das condições pré-estabelecidas no Termo de Referência, após serem submetidas à avaliação, **REPROVO** as amostras.

Com fé pública, declaro para os devidos fins a responsabilidade técnica pela avaliação de amostras detalhadas neste parecer.

*(assinado eletronicamente)*

**Lenilson Santos da Trindade**

Enfermeiro - Equipe Técnica/SAFS

Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos - SAFS / HUL



Documento assinado eletronicamente por **Lenilson Santos da Trindade, Enfermeiro(a)**, em 03/06/2025, às 14:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **50107813** e o código CRC **DC5D1140**.

**Referência:** Processo nº 23817.020131/2024-90 SEI nº 50107813

Criado por [lenilson santos.huufs](#), versão 2 por [lenilson santos.huufs](#) em 03/06/2025 14:18:42.