

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90323/2024-000

1 - Itens da Licitação

1 - Sonda Trato Urinário			
Descrição Detalhada: Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Poliuretano , Calibre: 10 FRENCH, Conector: Conector Padrão , Comprimento: Cerca 20 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Adicionais: Lubrificada , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1800		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	26.082,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Fortaleza/CE (1800)		

2 - Sonda Trato Urinário			
Descrição Detalhada: Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Poliuretano , Calibre: 8 FRENCH, Conector: Conector Padrão , Comprimento: Cerca 20 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Adicionais: Lubrificada , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	75450		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	54.474,90		
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Fortaleza/CE (75450)		

3 - Cateter Vias Urinárias - Ureteral			
Descrição Detalhada: Cateter Vias Urinárias - Ureteral Uso: Urografia Retrógrada , Tipo Ponta: Ponta Reta Fechada , Material: Polímero , Dimensões: Cerca De 6 Fr X 70 Cm , Adicionais: Radiopaco , Opcionais: C/ Sistema Introdutor , Esterilidade: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	627		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	39.166,62		
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Fortaleza/CE (627)		

4 - Cateter Vias Urinárias - Ureteral			
Descrição Detalhada: Cateter Vias Urinárias - Ureteral Uso: Urografia Retrógrada , Tipo Ponta: Ponta Reta Aberta , Material: Polímero , Dimensões: Cerca De 8 Fr X 70 Cm , Adicionais: Radiopaco , Opcionais: C/ Sistema Introdutor , Esterilidade: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	437		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	28.419,55		
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Fortaleza/CE (437)		

5 - Sonda Trato Digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia , Modelo: Nível De Pele , Material: Silicone , Calibre: 14 FRENCH, Comprimento: Cerca 2,5 CM, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa , Componentes: Sistema Para Fixação , Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Periestomal , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 6.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1321

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 108.464,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1321)

6 - Sonda Trato Digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia , Modelo: Nível De Pele , Material: Silicone , Calibre: 14 FRENCH, Comprimento: Cerca 2,5 CM, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa , Componentes: Sistema Para Fixação , Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Periestomal , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 5.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 439

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 36.045,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (439)

7 - Sonda Trato Digestivo

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Gastrostomia, Material: Silicone, Calibre: Cerca De 18 FRENCH, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa, Componentes: Sistema Para Fixação, Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Periestomal, Adicionais: Conjunto Completo P/ Via Endoscópica Percutânea, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 630

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 55.818,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (630)

8 - Sonda Trato Digestivo

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Gastrostomia, Material: Silicone, Calibre: Cerca De 20 FRENCH, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa, Componentes: Sistema Para Fixação, Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Periestomal, Adicionais: Conjunto Completo P/ Via Endoscópica Percutânea, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 9.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 872

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 71.025,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (872)

9 - Sonda Trato Digestivo

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Gastrostomia, Material: Silicone, Calibre: Cerca De 20 FRENCH, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa, Componentes: Sistema Para Fixação, Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Periestomal, Adicionais: Conjunto Completo P/ Via Endoscópica Percutânea, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 8.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 288

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 23.458,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (288)

10 - Sonda Trato Digestivo

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Gastrostomia, Modelo: De Troca, Material: Silicone, Calibre: 22 FRENCH, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa, Componentes: Sistema Para Fixação, Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Periestomal, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 860

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 77.510,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (860)